

ORDEN DE SERVICIO

MC72000912

CONS: 3

FECHA: 18/06/25		NO. REPORTE: I25-0099		NO. DE INGRESO: NA		NO. BITACORA:	
INFORMACIÓN DEL CLIENTE				INFORMACIÓN DEL SERVICIO			
HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACION BAJA CALIFORNIA				MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO. N/A		CORRECTIVO: ☐ USUARIO ☐	
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No.1				GARANTÍA DE SERVICIO: ☐		PREDICTIVO: ☐ SERVICIO ☐	
DEPENDENCIA: IMSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO: ☐				GARANTÍA DE VENTA: ☐		REFACCIÓN: ☐	
TEL: 6646270963		CONTRATO NO. 030GYR019N09125-019-00		COTIZACIÓN: NA		DIAGNÓSTICO: ☐	
DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIJUANA 3ERA ETAPA, C.P. 22226, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.				ASESORÍA: ☐		CAPACITACIÓN: ☐	
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ				SUMINISTROS DE: ☐		LUGAR DE SERVICIO: ☒	
CARGO: SUBJEFE DE CONSERVACIÓN				REFACCIONES: ☐		EN SITIO: ☐	
REPORTO FALLA: ING. NORMAN ANDRÉS LARIOS FIMBRES				ACCESORIOS: ☐		EMPRESA: ☐	
FALLA REPORTADA: TOUCH Y PANEL FRONTAL DAÑADO				ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA: TOUCH NO FUNCIONA			
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE: SI: ☐ NO: ☒							
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: EN ESPERA DE REFACCIONES, SE RETIRA DE UNIDAD MEDICA							
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: PANEL FRONTAL Y PANTALLA TÁCTIL DAÑADOS							
INFORMACIÓN DEL EQUIPO							
EQUIPO: VENTILADOR NEONATAL PEDIATRICO HIBRIDO		MARCA: VYAIRE MEDICAL		MODELO: FABIAN HFO		NO. SERIE: AH-02025	
NO. INVENTARIO: 20198002540		SOFTWARE: N/A		UBICACIÓN FÍSICA: INHALOTERAPIA			
HORAS DE USO EQUIPO: N/A		OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO: N/A		TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO: NEONATAL PEDIATRICO			
HORAS DE USO TURBINA: N/A							
EQUIPO COMPLEMENTARIO							
EQUIPO:		MARCA:		MODELO: 18 JUN 2025		NO. DE INVENTARIO:	
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:							
MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE CONSISTIÓ EN LA INSPECCION FISICA Y FUNCIONAL DEL EQUIPO. SE DIAGNOSTICA PANEL FRONTAL Y PANTALLA TÁCTIL DAÑADOS POR LO CUAL QUEDA EN ESPERA DE REFACCIONES. SE RETIRA DE LA UNIDAD PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE CALIDAD SIM.							
ID/NUMERO DE SERIE, EQUIPO DE MEDICIÓN: N/A							
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.				SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NÚMERO:			
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:				Clave Presupuestal 0205 0214 2902 H.G.R. No.1			
FUNCIONANDO AL 100% ☐							
FUERA DE SERVICIO ☒							
NO SE REALIZA SERVICIO ☐							
REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):						SELLO DE LA UNIDAD MEDICA O REFERENCIA:	
CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE				
FIRMA:				FIRMA:			
Jonathan Bautista 18/06/25				M. Alfonso Martínez Fernández Inhaloterapeuta Mat. 99279671			
NOMBRE COMPLETO: Jonathan Miguel Bautista Garcia				NOMBRE COMPLETO: Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez			
PUESTO:				PUESTO:			
NO. DE MATRICULA:				NO. DE MATRICULA:			
FECHA:				FECHA:			
REALIZÓ EL SERVICIO				JEFE DE CONSERVACIÓN			
USUARIO Y/O RESPONSABLE				JEFE DE BIOMÉDICA			

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"