

MC72000913

CONS: 1197

FECHA: 19/06/25	NO. REPORTE I25-0103	NO. DE INGRESO: NA	NO. BITACORA: 83901
INFORMACIÓN DEL CLIENTE		INFORMACIÓN DEL SERVICIO	
HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACION BAJA CALIFORNIA		MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO:	CORRECTIVO:
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No.1		N/A	PREDICTIVO ☐ USUARIO ☐
DEPENDENCIA: IMSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO:		GARANTÍA DE SERVICIO ☐	REFACCIÓN ☐ SERVICIO ☐
TEL: 6646270963	CONTRATO NO. 050GYR019N09125-019-00	GARANTÍA DE VENTA ☐	DIAGNÓSTICO ☐
COTIZACIÓN: NA		ASESORÍA: ☐	
		CAPACITACIÓN: ☐	
DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIJUANA 3ERA ETAPA, C.P. 22226. TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.		SUMINISTROS DE:	LUGAR DE SERVICIO:
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ		REFACCIONES: ☐	EN SITIO: ☒
CARGO: SUJEDE DE CONSERVACIÓN		ACCESORIOS: ☐	EMPRESA: ☐
REPORTÓ FALLA: ING. JONATHAN MIGUEL BAUTISTA GARCIA		FALLA REPORTADA: BATERIA DE RESPALDO DAÑADA	
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE:	SI: ☐	NO: ☒	ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA: NINGUNO
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: EN ESPERA DE REFACCIONES			
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: BATERIA DE RESPALDO DAÑADA			
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
EQUIPO: DESFIBRILADOR	MARCA: NIHON KOHDEN	MODELO: TEC-5631	NO. SERIE: 08920
NO. INVENTARIO: 20208000400	SOFTWARE: 05-15	UBICACIÓN FÍSICA: PEDIATRIA	
HORAS DE USO EQUIPO: N/A	OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO:	TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO:	
HORAS DE USO TURBINA: N/A	N/A	PEDIATRICO	
EQUIPO COMPLEMENTARIO			
EQUIPO:	MARCA:	MODELO:	NO. DE SERIE:
NO. DE INVENTARIO:			
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:			
MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE CONSISTIO EN LA INSPECCION FISICA Y FUNCIONAL DEL EQUIPO, SE DIAGNOSTICA BATERIA DE RESPALDO DAÑADA POR LO CUAL SE QUEDA EN ESPERA DE REFACCIONES PARA SU POSTERIOR REPARACION.			
ID/NUMERO DE SERIE, EQUIPO DE MEDICIÓN: N/A			
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, películas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.		SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NÚMERO:	
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:		Clave Presupuestal 0205 02.4 2902 H.G.R. No.1	
FUNCIONANDO AL 100%			
FUERA DE SERVICIO		X	
NO SE REALIZA SERVICIO			
REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):		SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA O REFERENCIA:	
CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE COMPLETO: Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez	NOMBRE COMPLETO: Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez	NOMBRE COMPLETO: Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez	NOMBRE COMPLETO: Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez
PUESTO: JEFE DE CONSERVACIÓN	PUESTO: JEFE DE CONSERVACIÓN	PUESTO: JEFE DE CONSERVACIÓN	PUESTO: JEFE DE CONSERVACIÓN
NO. DE MATRICULA: H.G.R. No. 1	NO. DE MATRICULA: H.G.R. No. 1	NO. DE MATRICULA: H.G.R. No. 1	NO. DE MATRICULA: H.G.R. No. 1
FECHA: 19/06/25	FECHA: 19/06/25	FECHA: 19/06/25	FECHA: 19/06/25
REALIZÓ EL SERVICIO	USUARIO Y/O RESPONSABLE	JEFE DE CONSERVACIÓN	JEFE DE BIOMÉDICA

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"