

MC72001134

CONS: 2316

FECHA		NO. REPORTE I26-0215		NO. DE INGRESO		NO. BITACORA	
INFORMACIÓN DEL CLIENTE				INFORMACIÓN DEL SERVICIO			
HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACION BAJA CALIFORNIA				MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO. N/A		CORRECTIVO: ☐ USUARIO ☐	
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No.1				GARANTÍA DE SERVICIO ☐		PREDICTIVO ☐ SERVICIO ☐	
DEPENDENCIA: IMSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO: ☐				GARANTÍA DE VENTA ☐		REFACCIÓN ☐	
TEL: 6646270963				CONTRATO NO. 050GYR019N09125-019- COTIZACIÓN: 00		DIAGNÓSTICO ☐	
				ASESORÍA: ☐			
				CAPACITACIÓN: ☐			
DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIJUANA 3ERA ETAPA, C.P. 22226. TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.				SUMINISTROS DE: ☐		LUGAR DE SERVICIO: ☒ EN SITIO: ☐	
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ CARGO: SUBJEFE DE CONSERVACIÓN				REFACCIONES: ☐		EMPRESA: ☐	
REPORTO FALLA: ADRIANA BAÑUELOS/CARLOS RAMIREZ FALLA REPORTADA: FALLA DE MOTOR				ACCESORIOS: ☐			
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE: SI: ☐ NO: ☒				ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA: FALLA DE MOTOR			
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: REEMPLAZO DE TARJETA CONTROLADORA DE TURBINA							
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: TARJETA CONTROLADORA DE TURBINA DAÑADA							
INFORMACIÓN DEL EQUIPO							
EQUIPO: VENTILADOR VOLUMETRICO		MARCA: VYAIR MEDICAL		MODELO: T-BIRD VELA DIAMOND		NO. SERIE: CAT07189	
NO. INVENTARIO: 202100033621		SOFTWARE: 63.02.01		UBICACIÓN FÍSICA: Inhaloterapia			
HORAS DE USO EQUIPO: 18153		OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO: NA		TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO: DEL AGUERO SOCIAL			
HORAS DE USO TURBINA: 18153							
EQUIPO COMPLEMENTARIO							
EQUIPO:		MARCA:		MODELO:		NO. DE SERIE: 711 FEB 2026	
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:							
MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE CONSISTIO EN LA INSPECCION FISICA Y FUNCIONAL DEL EQUIPO. SE DIAGNOSTICA TARJETA CONTROLADORA DE TURBINA DAÑADA, POR LO CUAL SE PROCEDE A REEMPLAZAR. SE REALIZAN PRUEBAS UVT, OVP Y ESTRES. SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO.							
ID/NUMERO DE SERIE, EQUIPO DE MEDICION: A1-11, B3704308							
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO Y QUEDA OPERANDO AL 100%. EQUIPO FUNCIONANDO AL 100%.							
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.				Clave Presupuestal o Ingreso Número: 0205 0214 2902 H.G.R. No.1			
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:				FUNCIONANDO AL 100% ☒ X FUERA DE SERVICIO ☐ NO SE REALIZA SERVICIO ☐			
REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):				SELLO DE LA UNIDAD MEDICA O REFERENCIA:			
CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE				
FIRMA:				FIRMA: Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez Subjeefe de Conservación H.G.R. No. 1			
Jonathan Bautista				Gutiérrez Huante Abraham Israel Inhaloterapeuta Mat. 99022978			
NOMBRE COMPLETO:				NOMBRE COMPLETO:			
PUESTO:				PUESTO:			
NO. DE MATRICULA:				NO. DE MATRICULA:			
FECHA:				FECHA:			
REALIZÓ EL SERVICIO				JEFE DE CONSERVACIÓN			
USUARIO Y/O RESPONSABLE				JEFE DE BIOMÉDICA			