






 MARO HEALTH SOLUCIONES PRACTICAS PARA LA SALUD		Fecha:	05-May-2021		Folio:	MI25-332
		ORDEN DE SERVICIO				
Servicio realizado por:		Equipo: Incubadora para recién nacido				
Ing. Fernanda Diego		Marca: Nucare				
Tipo de servicio: Mantenimiento preventivo		Modelo: NK-100M				
No. Serie: A17BD0063006						
Condicion de contrato: Garantía		Cliente: IMSS				
Nombre y Dirección de la Unidad Médica						
HGR I Tijuana						
Calle Canadá, No.16801 Colonia Rio Tijuana 3era etapa C.P.22226, Municipio Tijuana, Baja California						
Reporte de Falla						
Mantenimiento preventivo						
Hora de inicio:	15:30	Hora de término:	17:00	Total de horas:	1.5 hrs.	
Trabajo Realizado						
Se presentó personal de Maro Health a realizar mantenimiento preventivo correspondiente al primer periodo. Se realiza limpieza general, revisión de filtro de agua, pruebas de funcionamiento, sistema de humidificación, sistema de temperatura, base de datos y oxígeno.						
Refacciones y Accesorios Utilizados						
1 Filtro de agua						
Observaciones y Comentarios						
Equipo funcionando correctamente						
Nombre / Firma / Matricula / Cargo					Sello de unidad médica	
Personal de Servicio		Área usuaria			  	
Ing. Fernanda Diego		 				
Ingeniería Biomédica y/o conservación		Administración y/o dirección				
 