



Fecha:

05-May-2025

Folio:

MH25-336

ORDEN DE SERVICIO

Servicio realizado por:

Ing. Fernanda Diego

Equipo: Cuna de calor radiante con fototerapia

Marca: Atmoscare

Tipo de servicio:

Mantenimiento preventivo

Modelo: Adventum

No. Serie: AP17-1863

Condición de contrato: Garantía

Cliente: IMSS

Nombre y Dirección de la Unidad Médica

HGR I Tijuana

Calle Canadá, No.16801 Colonia Rio Tijuana 3era etapa C.P.22226, Municipio Tijuana, Baja California

Reporte de Falla

Mantenimiento preventivo

Hora de inicio:

19:00

Hora de término:

15:30

Total de horas:

1.3 hrs

Trabajo Realizado

Se presenta personal de Maro Health a realizar mantenimiento preventivo correspondiente al primer periodo. Se realiza limpieza integral, pruebas de funcionamiento en fototerapia, calibración sensor de temperatura y batería.

Refacciones y Accesorios Utilizados

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

Observaciones y Comentarios

Equipo funcionando correctamente

CONSERVACIÓN
HGR No. 1

Nombre / Firma / Matricula / Cargo

Sello de unidad médica

Personal de Servicio

Área usuaria

Ing. Fernanda Diego

EJP. Cecylia Ines
Onduho López Mat. 99022399

Ingeniería Biomédica y/o conservación

Administración y/o dirección

Carlos Oswaldo Ramirez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat. 99024980CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

ANEXO

RUTINA DE SERVICIO

Fecha: 05-Mayo-2025
 Descripción: Cuna de Calor Radiante, Marca: AtmosCare, Modelo: Adventum.
 N° de serie: AP17-1863 Folio: MH25-336

Inspección general del equipo.	Si	No	Osciloscopio
1. Verificar que todos los cables se encuentren conectados.	/		
2. Verificar que el equipo encienda correctamente.	/		
3. Verificar funcionamiento del controlador.	/		
3.1. Que la pantalla despliegue correctamente.	/		
3.2. Que encienda el calefactor.	/		
3.3. Que encienda la fototerapia	/		
3.4. Que encienda luz de exploración.	/		
Limpieza general del equipo.			
1. Desconectar el equipo de la toma de corriente.	/		
2. Abrir tapa trasera de la columna.	/		
3. Desconectar los arneses para extraer tarjetas.	/		
4. Proceder a limpieza de tarjetas.	/		
5. Limpieza de báscula interconstruida.	/		
6. Limpieza de calefactor.	/		
7. Proceder a limpieza de estructura metálica.	/		
8. Reconectar los arneses y las tarjetas que fueron extraídas.	/		
9. Aplicar aire comprimido.	/		
Calibración del sistema de control de temperatura de piel.			
1. Usar sonda de calibración y proceder a calibrar.	/		
Comprobación del desempeño eficiente de variables de control del equipo.			
1. Verificar que los dos modos (manual y servo control) estén estables.	/		
2. En modo bebé verificar que la temperatura desplegada es similar a la programada.	/		
3. En modo manual programe el calefactor a diferentes porcentajes	/		
4. Actualización o reprogramación del software en caso de ser necesario	N/A	N/A	N/A
Falla de poder.			
1. Desconecte el equipo de la alimentación eléctrica.	/		
2. Compruebe que la pantalla no despliega información.	/		
3. Verifique que suena un beep continuo.	/		
Verificación final del funcionamiento del equipo.			
1. Repetir inspección general del equipo.	/		

COMEX
 Calles de la Voz #347 Col. Asturias
 Ciudad de México 06850
 (55) 5740 3783

Arroba Xynnergix S.A. de C.V.

Problema
 6 Norte 2604 L. Barrio de Jesús Tlaximilpa
 San Pedro Cholula Puebla 72760
 (222) 761 5845

Carlos Oswaldo Ramírez González
 Subjefe de Conservación
 H.G.R. No. 1
 IMSS Mat. 99024980