

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

HGOMF 7 TIJUANA

050GYR040T00424-023-00

Equipo: ANESTESIA INTERMEDIA, UNIDAD DE.

Marca: PENLON/ PHILIPS

Modelo: PRIMA 320 ADVANCE / INTELLIVUE

No. Serie: 6145DI0693 / DE7770EOPC

No. Interno: 202480052132

Ubicación: Quixolapa

Preventivo ☒ Correctivo ☐ Otros: ☐

Equipo Funciona: SI ☒ NO ☐

PRIMER SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

ACCIONES A EFECTUAR:

VERIFICACIÓN Y PRUEBA DE LA MÁQUINA.
MANTENIMIENTO AGSS.
VACIAR CUALQUIER CONDENSADOR DEL RESERVORIO.
INSPECCIONAR EL FILTRO DE AIRE POR OCLUSIÓN.
INSPECCIONAR, LIMPIAR O REEMPLAZAR FILTROS EN ACTIVOS AGSS.
MANTENIMIENTO DEL CIRCUITO RESPIRATORIO.
MANTENIMIENTO ENSAMBLE DE FUELLE.
PRUEBA DE ENSAMBLE DE FUELLE.
CALIBRACIÓN DEL SENSOR O2.
CALIBRACIÓN DE SENSOR DE FLUJO.
INSPECCIONAR EL SISTEMA.
PRUEBA DE TUNERÍA Y CILINDROS.
PRUEBA DE PRESIÓN DE ALIVIO Y CONTROL DE FLUJO.
PRUEBA DE RETORRIS DE PRESIÓN DEL VAPORIZADOR.
PRUEBA DE FUGA DE BAJA PRESIÓN.
PRUEBA DE EXACTITUD DE MANÓMETRO DE PRESIÓN DE VÍAS AÉREAS.
PRUEBA DE ALARMA.
PRUEBA DE SISTEMA RESPIRATORIO.
PRUEBA DE FLUJÓMETROS DE O2 AUXILIAR, SI CUENTA CON ESTE.
PRUEBA DE REGULADOR DE ASPIRACIÓN INTEGRADO.
PRUEBA DE FALLA DE SUMINISTRO DE ENERGÍA.
PRUEBA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA.
EN EL MENÚ DE SERVICIO DEL VENTILADOR, EJECUTAR:
SEÑALES I/O DEL DISPLAY, VERIFIQUE LA OPERACIÓN DE TODOS LOS INTERRUPTORES.
REGISTRO DE ERRORES DEL SISTEMA.
AJUSTE DE REGULADOR DE MANEJO DE GAS.
CALIBRACIÓN DE VÁLVULA PEEP.
CALIBRACIÓN DE VÁLVULA INSPIRATORIA.
SENSIBILIDAD DE PRESIÓN.

DEL MONITOR DE SIGNOS VITALES:
LIMPIEZA GENERAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y ACCESORIOS.
VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO (SI EL EQUIPO SE AUTO VERIFICA),
APLICAR SECUENCIA DE DIAGNÓSTICO
CORRESPONDIENTE Y EJECUTAR SOFTWARE CORRESPONDIENTE
IDENTIFICACIÓN VISUAL DEL ESTADO FÍSICO DE LOS COMPONENTES
MECÁNICOS, ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS.
CALIBRACIÓN DE TRAZO ELECTROCARDIOGRÁFICO CON SIMULADOR DIGITAL
CARDIACO EN AMPLITUD, HONDA P.Q.R.S. Y
FRECUENCIA, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS PARÁMETROS DE MEDICIÓN.
VERIFICACIÓN DE ALARMAS VISUALES Y AUDITIVAS.
VERIFICACIÓN DE ACCESORIOS.
RELACIÓN DE LAS PIEZAS Y/O PARTES A VERIFICAR Y/O REEMPLAZAR:
VERIFICACIÓN, PRUEBA Y CALIBRACIÓN DEL VENTILADOR
PRUEBA DE VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESIÓN NOPV.
DEL MENÚ DEL MODO DE SERVICIO DEL VENTILADOR:
PRUEBA DE VÁLVULA DE ALIVIO MOPV.

RECIBIDO
20 MAY 2025
CONSERVACION
HGO / MF7

02 13 01 14 29 02
H.G.O. / MF No.7

IMSS
CONSERVACION
J.C.U. No.8
TIJUANA, B.C.

Usuario y/o responsable del Servicio:

Nombre:

Cargo:

Matrícula:

Sello y Firma:

Dra. Luz Elena Alurto Marquez
Jefa de Servicio Ginecología y Obstetricia
Ced. Esp. 10701003

Jefe de Conservación y/o Biomédica:

Nombre:

Cargo:

Matrícula:

Sello y Firma:



Ing. Alberto Gutiérrez Toledo
Jefe De Conservacion
MAT. 99021454

Realizó Servicio:

Nombre:

Firma:

Diema Noemi Cuerta Ramos