



ORDEN DE SERVICIO

ELECTRONICA Y MEDICINA, S.A.

CLIENTE: HGR No. 1	EQUIPO: Equipo de Rayos X Fijo	ORDEN DE SERVICIO
DIRECCIÓN: Calle Canada #16801, Col. Rio Tijuana Tercera Etapa, Tijuana, Bcn. Cp. 22226 Rio Tijuana 3a Etapa T	MODELO: MRF 90T DR	OS-045459
Ciudad: Tijuana ESTADO: Baja California	MARCA: CMR	FOLIO:
C.P.: 22226 TEL:	SERIE: 1909290/37143	IDC-025499
NOMBRE DEL SOLICITANTE: HGR NO. 01	SALA: Sala 3	FECHA:
0001-0911 050GYR019N09125-008-00	ADM: CC-L	DIA MES AÑO
No DE CLIENTE No DE CONTRATO	A PREVENTIVO PÓLIZA	29 07 2025
	CLASIFICACIÓN TIPO DE ORDEN	

REPORTE DEL CLIENTE: Primer Mantenimiento Preventivo 2025 OOAD/UMAE Baja California Localidad: Tijuana

TRABAJOS REALIZADOS:

Se anexa reporte de requisitos de funcionamiento para equipo medico y se realiza mantenimiento preventivo que consiste en: revisión y calibración de kv, mA y tiempos de exposición, lubricación general, reajuste de controles y limpieza del equipo. Se da asesoría técnica y operativa. se anexa registro de capacitación

El equipo queda operativamente apto al 100%, para realizar el trabajo para lo que fue diseñado.

EL EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO EL DIA: 29/07/2025

SI ☒ NO ☐

FECHA DIA MES		DIA	ING.: JESUS IVAN GRACIA ANDRADE No.: 0743					ING.: Alejandro Araujo Arce No.: 0509				
			LLEGADA	SALIDA	H. TRAB	H. VIAJE	KM.	LLEGADA	SALIDA	H. TRAB	H. VIAJE	KM.
I		L	-	-				-	-			
29/7		M	08:00:00	12:00:00		4	11	08:00:00	12:00:00		4	11
I		M	-	-				-	-			
I		J	-	-				-	-			
I		V	-	-				-	-			
I		S	-	-				-	-			
I		D	-	-				-	-			
AVION		AUTO	TOTALES			4	11	TOTALES			4	11

REFACCIONES UTILIZADAS

LAS REFACCIONES DAÑADAS SON PROPIEDAD DE EYMSA Y RETORNADAS A SU ALMACEN

S. ALMACEN	No CATALOGO	DESCRIPCION	C	S. ALMACEN	No CATALOGO	DESCRIPCION	C
	GrasaAT	Grasa de Alta Tensión	1		KC	Kit de Cinchos	1
	KITMP	Kit de mantenimiento preventivo (materiales de consumo)	1				

TRABAJOS RECIBIDOS Y AUTORIZADOS A SATISFACCIÓN

NOMBRE:	NOMBRE: Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez	INGENIERO DE EYMSA:	JEFE DE AREA DE EYMSA:
CARGO:	CARGO: Subjefe de Conservación	ING. JESUS IVAN GRACIA ANDRADE	
FIRMA:	FIRMA: H.G.R. No. 1	ELECTRONICA Y MEDICINA	
FECHA: 31/07/2025	FECHA: Mat 99024980	SUCURSAL HERMOSILLO	

MÉXICO, CDMX AV. REVOLUCIÓN No. 166 COL. SAN JUAN C.P. 03730 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ TELS.: 55 5611 2020 55 5482 1300	GUADALAJARA, JAL. JUSTO SIERRA No. 2529 COL. LADRÓN DE GUEVARA C.P. 44600 TELS.: 33 3825 5533 33 3616 9090 33 3615 6222 800 3439 672 FAX: 33 3615 6218	MONTERREY, N.L. DISTRITO B3 No. 260 COL. LEONES C.P. 64600 TELS.: 81 8346 3828 81 8346 4550 800 0039 672 FAX: 81 8346 7056	HERMOSILLO, SON. AV. NAYARIT No. 29 ENTRE HERIBERTO AJA Y CALLE BENITO JUÁREZ COL. CENTRO C.P. 83000 TELS.: 66 2215 7977 66 2215 7960 66 2215 7990 800 0139 672	LEÓN, GTO CHIAPAS No. 213 ESQ. REP. DE CHILE COL. BELLAVISTA C.P. 37360 TELS.: 47 7712 5763 47 7707 2798 800 4339 672 FAX: 47 7707 2789
---	--	---	---	---

ORIGINAL



CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

RECIBIDO
31 JUL 2025
CONSERVACIÓN
HGR No. 1

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1



ELECTRONICA Y MEDICINA, S.A.

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

RECIBIDO
31 JUL 2025

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y EQUIPAMIENTO
DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN
AREA DE PROGRAMACIÓN Y GESTION

REPORTE DE REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO PARA EQUIPOS
DE RADIOGRAFIA CONVENCIONAL

NOM-229-SSA1-2002

FECHA 29/07/2025

OOAD / UMAE Baja California UNIDAD HGR No. 1
COMPAÑIA ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A. ORDEN DE SERVICIO No. OS-045459
SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO SALA Sala 3
EQUIPO Equipo de Rayos X Fijo MARCA CMR MODELO MRF 90T DR

GENERADOR TIPO: MONOFASICO ☐ TRIFÁSICO ☐ ALTA FRECUENCIA ☒

VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN

- A) REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DEL kVp EN EL RANGO DE 40 kVp A 120 kVp
A PASOS DE 20 EN 20 kVp
- B) REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DEL mA PARA SUS DIFERENTES PUESTOS DE TRABAJO ☒
- C) REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DE LOS TIEMPOS DE EXPOSICIÓN ☒
- D) REVISIÓN Y AJUSTE DEL TAMAÑO DEL CAMPO DE LUZ CON EL CAMPO DE
RADIACIÓN DE TAL MANERA QUE LA SUMA DE DIFERENCIAS EN CADA EJE
NO SE MAYOR AL 2% DFI, Y QUE LA SUMA TOTAL DE LAS DIFERENCIAS NO
SEA MAYOR AL 3% DFI ☒
- E) COMPROBAR QUE EL FILTRO TOTAL DEL SISTEMA TUBO-COLIMADOR SEA MAYOR
A 2.3 mmAL EN 80 kVp (ALUMINIO TIPO-1100); EN CASO CONTRARIO, RESOLVERLO. ☒

ING. JESUS IVAN GRACIA ANDRADE
ELECTRONICA Y MEDICINA
SUCURSAL HERMOSILLO

NOMBRE Y FIRMA
INGENIERO RESPONSABLE
ELECTRONICA Y MEDICINA SA



Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat. 99024980

NOMBRE, CARGO, MATRICULA Y FIRMA
JEFE DE CONSERVACION Y/O RESPONSABLE
IMSS



INSTITUTO TECNOLÓGICO Y NACIONAL DE LA

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO DE LA MARCA CMR

CONTRATO IMSS

UNIDAD MÉDICA: HGR No. 1	No. ORDEN DE SERVICIO: OS-045459
No. SERIE: 1909290/37143	FECHA: 29 / 07 / 2025

No.	MRF90T -MESA RADIOFLUOROSCOPICA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Si aplica ☒ No aplica ☐
1.-	Bascular la mesa lado pies. Desmontar la cubierta trasera del pie de la mesa. Evaluar y corregir en caso necesario los ajustes de cadenas.	☒
2.-	Verificar el estado de los baleros, guías, cadenas, limpiar y lubricar.	☒
3.-	Observar que no haya fugas de aceite de los reductores.	☒
4.-	Alimentar el equipo y comprobar el voltaje correcto de operación.	☒
5.-	Revisión de filamentos y cambio de grasa de A.T. en el Tubo de rayos X.	☒
6.-	Verificación de los clutchs en los moto-reductores.	☒
7.-	Verificar micro interruptores de seguridad de mesa y ajustar de ser necesario.	☒
8.-	Revisión y limpieza de los relevadores - contactores.	☒
9.-	Revisar que los fusibles sean del valor adecuado.	☒
10.-	Revisar que la nivelación del tubo de la mesa sea el adecuado.	☒
11.-	Verificar que las cortinas del colimador cierren adecuadamente.	☒
12.-	Verificar centrado del tubo y del colimador. Ajustar en caso de ser necesario.	☒
13.-	Verificar que tornillos y tuercas en general estén correctamente apretados.	☒
14.-	Limpieza general del sistema.	☒
15.-	Engrasar ligeramente todas las partes mecánicas en movimiento (cremalleras, baleros, coronas).	☒
16.-	Reapretar todas las fijaciones de mesa al piso, ya sea de tornillo de tope positivo o de tuerca. Corregir en caso necesario.	☒
17.-	Hacer basculamiento completo y verificar que no haya ruidos anormales durante el movimiento.	☒
18.-	Verificar la tensión de la cadena del carro, si está floja, apretarla moderadamente.	☒
19.-	Controlar el estado de las bandas de transmisión, si presentan marcas de desgastes, cambiarlas, si no verificar su estado de tensión.	☒
20.-	Asegurarse del buen paso de los cables y de la buena fijación de los conectores.	☒
21.-	Verifica los paros a 90 grados, 0 grados y Trendelemburg de la mesa.	☒
22.-	Verificar que se realice adecuadamente el formato seleccionado en el seriógrafo. En caso de ser necesario, ajustar los sensores, así como la secuencia rápida.	☒
23.-	Revisión de indicadores luminosos.	☒
24.-	Revisión de micro celdas de formateo del seriógrafo.	☒
25.-	Revisión y reajuste de potenciómetros de charola porta chasis, para cada uno de los tamaños de cassettes.	☒
26.-	Verificar que funcionen adecuadamente los interruptores de seguridad.	☒
27.-	Verificar el buen funcionamiento de charola porta chasis.	☒
29.-	Revisar partes mecánicas de acoplamiento y de movimiento mecánico del seriógrafo con intensificador de imagen.	☒
30.-	Verificar la libre entrada y salida de la charola portachasis con el chasis más pesado.	☒
31.-	Verificar la buena fijación mecánica del intensificador de imagen.	☒
32.-	En caso de que la mesa cuente con Detector Digital Dinámico (DDD), revisar la correcta fijación del flat panel.	☒
33.-	Asegurarse del buen funcionamiento del UPS encargado de alimentar al detector.	☒
34.-	Revisar el funcionamiento de entrada y salida de rejilla antidifusora.	☒
35.-	Revisar el buen estado del bucle de cableado de alimentación al detector fijo.	☒
36.-	Pruebas funcionales.	☒

No.	GMX - GENERADOR DE RAYOS X TIPO: ☐ 525 RF ☐ 650 RF ☐ 800 RF ☒ 850RF DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Si aplica ☒ No aplica ☐
1.-	Quitar tapa frontal del control y revisar fusibles, contactos de relevadores, focos, resistencias y cableado en general, cambiar en caso necesario, efectuar limpieza general.	☒
2.-	Medir tensiones de trabajo del auto transformador, estabilizador y corregir en caso necesario.	☒
3.-	Verificar que las membranas y los indicadores luminosos de la consola de control estén en buen estado.	☒
4.-	Revisar cables y conectores en la consola.	☒
5.-	Revisión y limpieza de los relevadores.	☒
6.-	Revisar los voltajes de corriente directa.	☒
7.-	Revisión y limpieza de las terminales de A.T.	☒



ESTADÍSTICA Y MÉDICA

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO DE LA MARCA CMR

CONTRATO IMSS

UNIDAD MÉDICA: HGR No. 1	No. ORDEN DE SERVICIO: OS-045459
No. SERIE: 1909290/37143	FECHA: 29 / 07 / 2025

8-	Verificar el nivel de aceite en el transformador.	✓
9-	Revisar la frecuencia del inyector de filamento.	✓
10-	Revisar la frecuencia del inyector de alto voltaje, así como del tiempo muerto.	✓
11-	Verificar la calibración de mA en Gracia.	✓
12-	Verificar la calibración de mA en Scopia.	✓
13-	Verificar el buen funcionamiento del control automático de fluoroscopia.	✓
14-	Revisar que los conectores estén bien colocados.	✓
15-	Revisión de la interfase del sistema.	✓
16-	Verificar el funcionamiento del control automático de exposición.	✓
17-	Llevar a cabo la calibración radiográfica de conjunto Generador Tubo de Rayos X.	✓
18-	Limpiar internamente la electrónica del Generador y consola.	✓
19-	Pruebas funcionales.	✓

No.	II - INTENSIFICADOR DE IMAGEN DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Si aplica ✓ No aplica X
1-	Revisar la correcta fijación mecánica del Intensificador de Imagen.	X
2-	Verificar el correcto centrado del Intensificador, ajustar en caso necesario.	X
3-	Revisar el buen estado de la cámara de TV.	X
4-	Verificar que la fuente de alta tensión de ánodo, así como las fuentes de baja de magnificaciones no tengan arcos internos ni ruidos que lo evidencien.	X
5-	Limpiar cuidadosamente la electrónica en general.	X

No.	SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE IMAGEN EN FLUOROSCOPIA TIPO: ☐ CCTV ☐ DFS700 ☒ ARIXRAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Si aplica ✓ No aplica X
1-	Verificar el buen funcionamiento de las opciones de ventaneo.	✓
2-	Destapar con cuidado el CPU y verificar la buena fijación de tarjetas y conectores internos.	✓
3-	Limpiar de elementos críticos.	✓
4-	Verificar el buen funcionamiento del Teclado, reemplazar en caso necesario.	✓
5-	Verificar y reajustar en caso necesario la calidad de imagen.	✓

No.	CR DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	☐ APLICA X NO APLICA	Si aplica ✓ No aplica X
1-	Revisión Externa y verificación de funcionamiento general.		X
2-	Asegurar el espacio para Mantenimiento, preparar el equipo y verificar que no haya objetos extraños dentro de la unidad.		X
3-	Limpiar, lubricar e inspeccionar los elementos de la unidad de inserción y eyección.		X
4-	Limpiar, lubricar e inspeccionar los elementos de la unidad de transporte.		X
5-	Limpiar, lubricar e inspeccionar los elementos de la unidad de subscaneo.		X
6-	Limpiar, e inspeccionar los elementos de la unidad de unidad óptica.		X
7-	Limpiar, e inspeccionar entradas y salidas de aire. Filtros.		X
8-	Revisar, verificación de funcionamiento y limpieza de la consola de adquisición (CS).		X
9-	Limpiar e inspeccionar lector de código de barras.		X
10-	Limpiar e inspeccionar cassettes.		X
11-	Preparar el equipo para el funcionamiento normal y colocarlo en el espacio correspondiente.		X
12-	Verificación de funcionamiento.		X
13-	Adquisición de imágenes de prueba.		X
14-	Revisión, calibración y ajuste de imagen.		X



ELECTRONICA Y MEDICINA S.A.

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
EQUIPO DE LA MARCA CMR

CONTRATO IMSS

UNIDAD MÉDICA: HGR No. 1	No. ORDEN DE SERVICIO: OS-045459
No. SERIE: 1909290/37143	FECHA: 29 / 07 / 2025

No.	DIAG ESTACION DE DIAGNOSTICO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	☒ APLICA ☐ NO APLICA	Si aplica No aplica	☒ ☐
1.-	Verificar funcionamiento normal del Equipo (aplicación, monitores, mouse, teclado)			☒
2.-	Llevar CPU y periféricos al área asignada para dar el mantenimiento preventivo			☒
3.-	Retirar tapa lateral de CPU, cubierta frontal y tapas internas			☒
4.-	Desconectar y retirar Disco Duro, memorias, tarjetas de video, tarjeta de red externa			☒
5.-	Revisar y Limpiar los componentes retirados del CPU con la sopladora o el aire comprimido			☒
6.-	Revisar, desatornillar para abrir y limpiar tarjeta(s) de video con la sopladora o el aire comprimido			☒
7.-	Limpiar el CPU internamente y sus componentes (Fuente de poder, disipadores, ventiladores) con la sopladora o el aire comprimido			☒
8.-	Abrir y limpiar el UPS internamente y sus componentes (en caso de que el modelo permita que se abra el UPS) con la sopladora o el aire comprimido			☒
9.-	Volver a fijar los componentes internos y tapas del CPU y del UPS			☒
10.-	Revisar y Limpiar periféricos (Mouse y teclado) con la sopladora o el aire comprimido y el liquido o espuma limpiadora			☒
11.-	Revisar y Limpiar Monitor(es) con liquido limpiador para pantallas			☒
12.-	Conectar y fijar cables de Alimentación, Cable de Red, cable de video y Encender Equipo			☒
13.-	Realizar borrado de logs y desinstalación de software innecesario			☒
14.-	Verificar funcionamiento general del equipo			☒

No.	IMPRESORA TIPO: ☐ 832 ☐ 873 ☐ SIGMA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	☐ APLICA ☒ NO APLICA	Si aplica No aplica	☒ ☐
1.-	Revisión Externa y verificación de funcionamiento general.			☒
2.-	Asegurar el espacio para Mantenimiento, preparar el equipo y verificar que no haya objetos extraños dentro de la unidad.			☒
3.-	Revisión de funcionamiento de interlocks.			☒
4.-	Limpiar, lubricar e inspeccionar los elementos de la unidad de suministro de película			☒
5.-	Limpiar, lubricar e inspeccionar los elementos de la unidad de unidad de transporte			☒
6.-	Limpiar, lubricar e inspeccionar los elementos de la unidad de subscaneo			☒
7.-	Limpiar, e inspeccionar los elementos de la unidad de unidad de calor. Cambiar elementos en caso necesario			☒
8.-	Limpiar, e inspeccionar entradas y salidas de aire, Filtros			☒
9.-	Revisar, verificación de funcionamiento y limpieza de enlace de Impresión (Print Link- solo modelos 832/873)			☒
10.-	Preparar el equipo para el funcionamiento normal y colocarlo en el espacio correspondiente			☒
11.-	Verificación de funcionamiento			☒
12.-	Impresión, revisión, calibración y ajuste de imagen			☒

No.	DETECTOR DIGITAL DIRECTO (DDD) DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	☒ APLICA ☐ NO APLICA	Si aplica No aplica	☒ ☐
1.-	Revisar estado físico del detector.			☒
2.-	Asegurarse de la buena fijación mecánica del mismo.			☒
3.-	Hacer adquisiciones y verificar la calidad de imagen			☒
4.-	Llevar a cabo la verificación de calibración y repetirla en caso necesario.			☒
5.-	Verificación de procesos dinámicos			☒



RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
EQUIPO DE LA MARCA CMR

CONTRATO IMSS

UNIDAD MÉDICA: HGR No. 1	No. ORDEN DE SERVICIO: OS-045459
No. SERIE: 1909290/37143	FECHA: 29 / 07 / 2025

No.	CP - COLUMNA PISO (SOPORTE DE TUBO DE RX) DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Si aplica No aplica	✓ X
1.-	Revisar riel inferior, así como los tornillos de fijación de los mismos	X	
2.-	Revisar baleros y guías, y en caso necesario cambiarlos, engrasar ligeramente todas las partes mecánicas en movimiento	X	
3.-	Verifica el sistema de contrapeso, cable de acero, elementos de fijación, lubricar ligeramente	X	
4.-	Revisar el sistema eléctrico, los cables de alimentación, frenos y controles de mando. Verifica la buena actuación de frenos electromagnéticos	X	
5.-	Verificar la buena fijación del tubo de rayos X, así como su buena conexión. Cambia grasa A.T. a los cables de alta tensión y reapretar los cables del estator	X	
6.-	Verificar del colimador: centrado, luz, coincidencia de la luz con la radiación, el estado de las perillas y cortinillas	X	
7.-	Acomodar y amarrar adecuadamente cables de alta tensión y cables auxiliares.	X	

No.	SBV - SOPORTE DEL BUCKY DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Si aplica No aplica	✓ X
1.-	Revisar la mecánica de traslación de los buckys. Revisar frenos mecánicos.	X	
2.-	Revisar el estado interno de cada bucky, ajustando los arranques y paradas de movimiento de la rejilla, relevadores, freno, micro interruptores.	X	
3.-	Limpiar internamente y lubricar guías de movimiento de charola y o detector, ya sea fijo o móvil	X	
4.-	Verificar el buen estado del cable de conexión de salida de piso o muro, hacia cuerpo de bucky.	X	

NOTA:

AL FINAL DEL MANTENIMIENTO SE HACE UNA REVISIÓN COMPLETA DEL CONJUNTO QUE GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO.

PARA LA VERIFICACIÓN SE COLOCARÁ UNA X SI NO APLICA O ✓ SI APLICA LA REVISIÓN.

RESPONSABLE (S) DE LA RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO POR PARTE DEL INSTITUTO
(NOMBRE / CARGO / MATRÍCULA / FIRMA / FECHA)

Dra. Alejandra Martínez Rivera
Médico Radiólogo
Especialidad: Radiología HGR1
Ced. Esp. 11980592
Mat. 98024465

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat. 99024980

31/07/2025

INSTITUTO MEXICANO
DEL SELO FECHADOR

31 JUL 2025

CONSERVACIÓN
HGR No. 1

SELO UNIDAD MÉDICA



CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

SELO CLAVE PRESUPUESTAL

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1



CEDULA DE CONTROL DE PARTICIPANTES EN ASESORÍA TÉCNICA Y OPERATIVA

CAPACITACION IMPARTIDA POR LA COMPAÑÍA: ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A

TIPO DE CAPACITACION: TEÓRICA - PRÁCTICA

TIPO DE EQUIPO: Equipo de Rayos X Fijo

MODELO: MRF 90T DR. UNIDAD: HGR No. 1.

ESPECIALIDAD: ALTA FRECUENCIA

DELEGACIÓN: Baja California

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

REF 000
31 JUL 2025

CONSERVACIÓN
HGR No. 1

NOMBRE	MATRICULA	FECHA	FIRMA
Ing. JESUS IVAN GRACIA ANDRADE Médico Radiólogo Ced. Esp. 11980592 Mat. 98024465 IMSS		31/07/25	[Firma]

NOMBRE DEL INSTRUCTOR

ING. JESUS IVAN GRACIA ANDRADE
ELECTRÓNICA Y MEDICINA

FIRMA

SELLO DE LA UNIDAD



DEPARTAMENTO DE
CONSERVACIÓN

Nombre:

Cargo:

Matricula:

Firma:

Fecha:

Carlos Oswaldo Ramirez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat. 99024980

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No. 1