

Orden de Servicio

N° de Cliente

1000101

N° de Orden

PEG-ASSL-0132 M45491

Fecha

18/07/2024

Cliente

IMSS Hospital General Regional No 1 Tijuana
BAJA CALIFORNIA

FSE

Pedro García

Dato Reporte

SSOL

SPED

Problema Reportado

Mantenimiento Preventivo

Datos del Equipo

Descripción

Modelo

Evita V600

Número de Equipo /Serie:

ASSL-0132

N° de Inventario:

Ubicación:

UCI

Estado del Equipo:

Completamente funcional.

Pos

Cantidad

Descripción

Se realiza mantenimiento preventivo según protocolo de fábrica con las siguientes acciones:

- Revisión de aspecto general, juntas, filtros, baterías, etc.
 - Comprobación del sistema de ventilación, mezclas de gas fresco.
 - Prueba de seguridad eléctrica.
 - Comprobación de válvulas y sensores mediante Hit-Software.
 - Comprobación de sensores de O2, flujo y presión.
 - Comprobación de funciones neumáticas y eléctricas.
 - Pruebas de modos de ventilación.
 - Prueba funcional del sistema de paciente.
 - Limpieza general del equipo.
- Equipo funcionando correctamente

*Etiqueta de seguridad: 3122-02-2731

0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010

2,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

S001
T001
W001

Servicio Normal
Desplazamiento Normal
Tiempo de Espera Normal

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

RECIBIDO
18 JUL 2024



CONSERVACIÓN
HGR No. 1



Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

Fecha, Firma Técnico Dräger

Fecha, Nombre, Firma, Sello Cliente

18/07/2024
Pedro García

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat. 99024980

EJP Laura Peña 99025774