

## Orden de Servicio

N° de Cliente  
1000101

Cliente  
IMSS HRG No 1 Tijuana  
BAJA CALIFORNIA

N° de Orden  
PEG-ASTK-0110 C45881

Fecha  
12/08/2025

FSE  
Pedro García

Dato Reporte  
SSOL  
SPED

Problema Reportado  
Correctivo

| Datos del Equipo         | Descripción              |
|--------------------------|--------------------------|
| Modelo                   | Evita V600               |
| Número de Equipo /Serie: | ASTK-0110                |
| N° de Inventario:        |                          |
| Ubicación:               | UCIN                     |
| Estado del Equipo:       | Completamente funcional. |

| Pos  | Cantidad | Descripción                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |          | Nos presentamos a realizar reparación, nos reporta el área de conservación que el plástico del botón para silenciar alarma estaba fuera de lugar lo cual ocasionaba que no pudiera presionarse. Se reacomodo el botón y el equipo está funcionando. |
| 0001 | 1,0      | S001 Servicio Normal                                                                                                                                                                                                                                |
| 0002 | 0,0      | T001 Desplazamiento Normal                                                                                                                                                                                                                          |
| 0003 | 0,0      | W001 Tiempo de Espera Normal                                                                                                                                                                                                                        |
| 0004 | 0,0      |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0005 | 0,0      |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0006 | 0,0      |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0007 | 0,0      |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0008 | 0,0      |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0009 | 0,0      |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0010 | 0,0      |                                                                                                                                                                                                                                                     |

Clave Presupuestal  
0205 0214 2902  
H.G.R. No. 1



Fecha, Firma Técnico Dräger

Fecha, Nombre, Firma, Sello Cliente H.G.R. No. 1 TIJUANA, B.C.

Pedro García  
12/08/2025

Carlos Oswaldo Ramírez González  
Subjefe de Conservación  
H.G.R. No. 1  
IMSS Mat 99024980

## Certificado de Servicio

Nombre Cliente:  
IMSS HGR NO. 1

Número de Orden de Servicio:  
PEG-ASTK-0110 C45881

ID Actividad de Servicio:  
895ECBFE-67C1-4C87-9183-2C4D317946FF

### Evita V600

### Funcional

Número de Inventario:  
-

Número de Serie:  
ASTK-0110

Servicio Realizado por:  
García, Pedro

Localización:  
UCIN

Servicio Realizado el día:  
2025-08-12

| Prueba                                                                                        | Resultado                                                                                     | Prueba                                                            | Resultado                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1 Configuración del dispositivo</b>                                                        |                                                                                               | <b>4.3.3 Botón giratorio</b>                                      |                                                                                                 |
| <b>1.1 Números de serie</b>                                                                   |                                                                                               | Botón giratorio                                                   | Funcional    |
| Unidad de ventilación                                                                         | ASTK-0110    | <b>4.3.4 Alarma acústica</b>                                      |                                                                                                 |
| <b>3 Seguridad eléctrica</b>                                                                  |                                                                                               | Alarma acústica                                                   | Funcional    |
| <b>3.1 Seguridad del sistema eléctrico según la norma DIN EN 62353 (IEC 62353, YY/T 0841)</b> |                                                                                               | <b>4.3.6 Tecla para silenciar alarmas</b>                         |                                                                                                 |
| <b>3.1.1 Examen visual</b>                                                                    |                                                                                               | Tecla para silenciar alarmas                                      | Funcional    |
| Examen visual                                                                                 | Funcional    | <b>4.18 Medidas finales</b>                                       |                                                                                                 |
| <b>3.1.2 Resistencia de tierra de protección</b>                                              |                                                                                               | <b>4.18.1 Entrega del aparato con el adhesivo de comprobación</b> |                                                                                                 |
| Máximo valor medido del equipo EM                                                             | 0.054 Ohm    | Entrega del dispositivo con el adhesivo de comprobación           | Funcional  |
| <b>3.1.5 Corriente de fuga del equipo</b>                                                     |                                                                                               | <b>5 Medios de comprobación</b>                                   |                                                                                                 |
| Valor medido                                                                                  | 28.1 µA    | <b>5.1 Medios de comprobación con calibración obligatoria</b>     |                                                                                                 |
| <b>4 Prueba de funcionamiento y de estado</b>                                                 |                                                                                               | Se han utilizado medios de comprobación con calibración vigente   | Funcional  |
| <b>4.3 Unidad de manejo</b>                                                                   |                                                                                               |                                                                   |                                                                                                 |
| <b>4.3.2 Barra de alarma</b>                                                                  |                                                                                               |                                                                   |                                                                                                 |
| Barra de alarma de la unidad de visualización                                                 | Funcional  |                                                                   |                                                                                                 |

#### Observaciones

Analizador de seguridad eléctrica, Fluke/ESA612, NS: 6896041, Next cal: 19/05/2026  
Analizador de flujo de gases, Fluke/VT 650, NS: 6866710, Next cal: 16/05/2026

Este informe de servicio contiene los resultados de todos los pasos del servicio realizado. Las lagunas en la numeración se deben a que se omitieron pasos que no formaban parte del servicio. Teniendo en cuenta todos los resultados, el servicio realizado se evaluó como "Funcional". Esto significa que el equipo probado cumple completamente con los requisitos de la prueba y puede usarse sin restricciones.