

Orden de Servicio

N° de Cliente
1000101

Cliente
IMSS HRG No 1 Tijuana
BAJA CALIFORNIA

Dato Reporte
SSOL
SPED

N° de Orden

PEG-ASTK-0111 M46021

Fecha

30/12/2025

FSE

Pedro García

Problema Reportado

Mantenimiento Preventivo



Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No. 1

Datos del Equipo	Descripción
Modelo	Evita V600
Número de Equipo / Serie:	ASTK-0111
N° de Inventario:	202480044353
Ubicación:	UCIN
Estado del Equipo:	Completamente funcional.

Pos	Cantidad	Descripción
		Se realiza mantenimiento preventivo según protocolo de fábrica con las siguientes acciones:
		- Revisión del aspecto general.
		- Revisión de aspecto general, juntas, filtros, baterías, etc.
		- Comprobación del sistema de ventilación, mezclas de gas fresco.
		- Prueba de seguridad eléctrica.
		- Comprobación de válvulas y sensores mediante Hit-Software
		- Comprobación de sensores de O2, flujo y presión.
		- Comprobación de funciones neumáticas y eléctricas.
		- Pruebas de modos de ventilación
		- Prueba funcional del sistema de paciente.
		- Limpieza general del equipo.
		Equipo funcionando correctamente

*Etiqueta de seguridad: 3122-02-3282

0001	3,0	S001	Servicio Normal
0002	0,0	T001	Desplazamiento Normal
0003	0,0	W001	Tiempo de Espera Normal
0004	0,0		
0005	0,0		
0006	0,0		
0007	0,0		
0008	0,0		
0009	0,0		
0010	0,0		

Fecha, Firma Técnico Dräger

Fecha, Nombre, Firma, Sello Cliente

Pedro García

30/12/2025

Ing. Javier Zamora Villalobos
Jefe de Conservación
Hospital General Regional No. 1
Mét. 99020041

