



José Safar Boueri

Orden de servicio

Institución		Datos de orden de servicio	
Clinica:	H.G.R. #7 IMSS	Fecha de servicio:	12-Febrero-2025
Lugar:	Tijuana Baja California	N° de contrato:	040602122-006
Contacto:		Tipo de servicio:	☒ Preventivo ☐ Correctivo
Datos del equipo			
Equipo:	Estabilizador	Marca:	Ritter
		Modelo:	Clean Tec
		N° Serie:	CB230042232
Descripción de falla reportada:			
Descripción del servicio realizado:			
Mantenimiento preventivo Revisión de Bomba de Vacío, Bomba de agua, Valvulas Sistema eléctrico limpieza de Filtros, cámara interna limpieza general.			
Refacciones utilizadas:			
Observaciones y/o recomendaciones técnicas:			
Condiciones en la que se deja el equipo: <u>funcionando</u>			
Voltaje medido: <u>110v.</u>			
Ingeniero de servicio técnico	Operador del equipo	Residente, jefe de departamento y/o responsable del control de los bienes	Sello de Clínica/Hospital
Nombre y firma	Nombre y firma	Nombre y firma	

55 5719 7243
55 6155 7118

ingenieria@edvc.com.mx
as.coordinacion@edvc.com.mx
soportetecnico.vcortes@outlook.com

Av. Copilco #339, Copilco
Universidad Coyoacán CP
04360, CDMX