



ORDEN DE SERVICIO Ó MANTENIMIENTO

MTTO.		Fecha:		Código:	
Cliente / Dependencia:	IMSS HGR 1 TIJUANA CALLE CANADÁ, NO. 16801 COLONIA RIO TIJUANA 3ERA ETAPA C.P. 22226, MUNICIPIO TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.			Reporta:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ÁREA:					

Acción Correctiva		Acción Preventiva	X	Queja del cliente	
-------------------	--	-------------------	---	-------------------	--

Datos del Producto						
Fecha de Compra	05/09/2023		No. De Venta / Licitación		LICITACIÓN: LA-50-GRY-050GYR040-T-10-2023 CONTRATO: 040T01023-344	
Esta dentro de la Garantía:	Si	X	No.	No. De Serie:	2309505	
Descripción del equipo / producto		REFRIGERADOR PARA CAMARA DE CADAVERES 2 GAVETAS. MARCA: GEMETEC MODELO: RC-2G				

28 MAY 2024	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA / SOLICITUD / QUEJA:
-------------	--

NINGUNO	Dra. Sonia C. Castillas Grody Médico Anatomopatólogo Coord. Serv. Adm. de Ex. Ced. Ex. 4713750 Mat. 643911
---------	--

DIAGNÓSTICO DEL TÉCNICO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR GARANTÍA, REVISIÓN TOTAL DEL EQUIPO.

SERVICIO REALIZADO / ACCIÓN TOMADA PARA LA QUEJA:

SE REALIZO, REVISIÓN TOTAL DEL EQUIPO: REVISIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE TEMPERATURA EN CONTROL DE TEMPERATURA Y GRAFICADOR FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL SISTEMA DE ALARMAS, REVISIÓN DE CARGA DE GAS, REVISIÓN DE REGISTROS DEL GRAFICADOR, REVISIÓN DE BOTONERÍA Y SELLO HERMÉTICO DE LA PUERTA Y BARRA DE TORSIÓN DE LA MISMA LIMPIEZA GENERAL DE LA UNIDAD COMPRESORA, REVISIÓN DE LÁMPARA, SUPERVISIÓN DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS DEL TABLERO, QUEDANDO EN BUEN FUNCIONAMIENTO TOTAL
--

Nombre y firma de quien realizo el servicio / tomo acción para queja:	INH GERARDO MENINA S
---	----------------------

CÓDIGO:	REVISIÓN:	FECHA DE EMISIÓN:	PAGINA:
FO720105	01	10/09/2021	1 de 1



ORDEN DE SERVICIO Ó MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES DEL SERVICIO:

NINGUNO

NOTA: Los siguientes apartados quedan exentos, si la queja se recibió por vía telefónica.

RECIBÍÓ:		Vo. Bo. del servicio por parte del Usuario (Sello, Nombre y firma)
FECHA:		
		

RECIBIDO
28 MAY 2024

SOPORTE TÉCNICO

Email: servicioymantenimiento.nurimed@gmail.com

Tels: 55 56 92 71 34



CONSERVACIÓN
HGR No. 1



OTROS ASUNTOS

Email: seitonyc.mx@hotmail.com

Tel: 55 9370 8787



[Handwritten signature]

CÓDIGO:	REVISIÓN:	FECHA DE EMISIÓN:	PAGINA:
FO720105	01	10/09/2021	2 de 1

Todos los derechos reservados. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento sin la autorización correspondiente.