

Orden:

Fecha: 21/06/24

CLIENTE

UNIDAD HOSPITALARIA: IMSS HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 1 Y UDDCM, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA
EQUIPO: OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL PARA TAMIZAJE CARDIACO NEONATAL SERIE: 3000206419
MARCA: MASIMO INVENTARIO:
MODELO: RAD-97 UBICACIÓN:

☐ Mantenimiento correctivo ☒ Mantenimiento Preventivo ☐ Instalación ☐ Desinstalación ☐ Garantía ☐ Otro

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
REALIZADO POR INGENIERO DE SERVICIO ESPECIALIZADO

ACCIONES A REALIZAR:

INSPECCIÓN FÍSICA DEL EQUIPO, CABLE DE ALIMENTACIÓN Y ACCESORIOS.
COMPROBACIÓN DE RENDIMIENTO.
AUTOPRUEBA DE ENCENDIDO.
COMPROBACIÓN DE INICIO DE SOFTWARE.
PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE PANTALLA TÁCTIL.
PRUEBA DE LÍMITES DE ALARMA.
VERIFICACIÓN INTERNA DE CONECTORES Y TARJETAS ELECTRONICAS.
VERIFICACIÓN DE ALIMENTACIÓN Y FUENTE.
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.

PIEZAS A VERIFICAR:

CABLE DE ALIMENTACIÓN.
BATERIA INTERNA.
SENSOR Y CABLE TRONCAL.

Equipo funciona:

☒ Si ☐ No

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL
RECIBO
21 JUN 2024

CONSERVACIÓN
HGR No. 1



CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

FIRMAS

Ingeniero especialista

ING. DIANA NOEMI CUESTA RAMOS

Nombre y firma

Usuario y/o responsable del servicio
Médico Pediatra
Mat. IMSS 11043296
C.P. 4964301
Coordinación de Pediatría HGR #1

Nombre y firma recibe de conformidad

Jefe responsable
Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat 99024980

Nombre y firma recibe de conformidad

