

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Formato:          | Orden de Servicio  |
| Código Documento: | F-SS-03            |
| Emisión:          | 25 Ene 2024        |
| Implementación:   | 26 Ene 2024        |
| Área:             | Servicio y Soporte |
| Departamento:     | Servicio y Soporte |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Página:         | 1 / 1    |
| Versión:        | 6        |
| Próx. Revisión: | 24 meses |
| Código:         | Azul     |

|   |        |                |
|---|--------|----------------|
| 1 | Fecha: | 08 / 30 / 2025 |
|---|--------|----------------|

|   |       |                    |
|---|-------|--------------------|
| 2 | Folio | 664 / 0807 2025/01 |
|---|-------|--------------------|

## DATOS DEL CLIENTE

|   |                     |                                                               |   |          |                                      |
|---|---------------------|---------------------------------------------------------------|---|----------|--------------------------------------|
| 3 | Unidad Hospitalaria | Hospital General Regional / Unidad de Medicina Familiar No. 1 | 6 | Contacto | Ing. Carlos Oswaldo Ramírez González |
| 4 | Municipio/Estado    | Tijuana, Baja California                                      | 7 | Email    | carlos.ramirezg@imss.gob.mx          |
| 5 | Contrato            | 21BI0071                                                      | 8 | Teléfono | 664 305 70 10                        |

## DATOS DEL EQUIPO

|    |            |                           |    |           |                     |
|----|------------|---------------------------|----|-----------|---------------------|
| 9  | Equipo     | Monitor de Signos Vitales | 13 | No. Serie | 2021LGC2253         |
| 10 | Marca      | Medica D                  | 14 | No. Parte | NA                  |
| 11 | Modelo     | LOGICARE                  | 15 | Garantía  | SI 0 No 1           |
| 12 | Ubicación  | Urgencias                 | 16 | Servicio  | Externo 0 Interno 1 |
| 17 | Versión SW | V00.01                    |    |           |                     |

|    |                   |                                                                      |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 18 | Servicio Brindado | Preventivo 1 Correctivo 0 Instalación 0 Capacitación 0 Diagnóstico 0 |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------|

|    |                                          |                                                                      |
|----|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 19 | Servicio Solicitado:                     | Mantenimiento Preventivo                                             |
|    | Estado del empaque (en caso de aplicar): | Buen estado <input type="checkbox"/> Dañada <input type="checkbox"/> |

|                       |      |                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20. Trabajo Realizado | I.   | INSPECCIÓN FÍSICA Y VISUAL DE LA INTEGRIDAD Y FUNCIONALIDAD DE TODOS LOS CABLES Y SENSORES DEL EQUIPO PARA LA MEDICIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ECG, SPO2, PARI, TEMPERATURA E IBP (CUANDO APLIQUE).        |
|                       | II.  | INSPECCIÓN FÍSICA Y VISUAL DE LA INTEGRIDAD DE LOS COMPONENTES METAL-MECÁNICOS DEL EQUIPO: CARCASAS, BASE RODABLE, RODAMIENTOS, ETC. CUANDO APLIQUE), TECLADO DE MEMBRANA, ENCODER Y PERILLA SELECTORA. |
|                       | III. | PRUEBAS FUNCIONALES DE LA ADQUISICIÓN, MONITOREO Y DESPLIEGUE DE LOS SIGNOS VITALES, REVISIÓN DEL SISTEMA DE ALARMAS AUDIBLES Y VISUALES PRIORIZADAS.                                                   |
|                       | IV.  | REVISIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO CON BATERÍA, LIMPIEZA INTERNA DE COMPONENTES ELÉCTRICOS CON LÍQUIDO DIELECTRICO.                                                                 |

|                       |    |                    |                  |                    |                  |
|-----------------------|----|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 21. Material Empleado |    | Descripción (21.1) | No. Parte (21.2) | Descripción (21.1) | No. Parte (21.2) |
|                       | a. |                    |                  | c.                 |                  |
|                       | b. |                    |                  | d.                 |                  |

|                            |                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 22. Pendientes Observación | Equipo funcionando correctamente. Sin ninguna PARI ni brazalete. |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|

23. Encuesta de satisfacción: Marque con "✓" según: Malo= 1; Regular= 2; Bueno= 3; Satisfactorio= 4; Excelente= 5

| No. | PREGUNTA                                                                                 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|
| 1.- | ¿Se realizó satisfactoriamente el servicio solicitado?                                   |   |   |   |   |   |
| 2.- | ¿Considera que el tiempo de resolución para el servicio fue el adecuado?                 |   |   |   |   |   |
| 3.- | ¿Considera que la persona que realizó el servicio fue amable, puntual y eficiente?       |   |   |   |   |   |
| 4.- | ¿Cuándo solicitó el servicio, la persona que lo atendió fue amable, puntual y eficiente? |   |   |   |   |   |
| 5.- | ¿Considera que el desempeño del equipo ha cumplido con los requisitos de operación?      |   |   |   |   |   |
| 6.- | Comentarios:                                                                             |   |   |   |   |   |

Nombre y Firma Solicitante

Área Usuario

Nombre y Firma Responsable Médica D

(25)