



José Safar Boueri

Orden de servicio

Institución		Datos de orden de servicio	
Clinica:	IMSS HGR #1	Fecha de servicio:	26/ JUNIO/2025
Lugar:	Tijuana Baja California	N° de contrato:	040E02022-001
Contacto:		Tipo de servicio:	Preventivo ☒ Correctivo ☐

Datos del equipo			
Equipo: Unidad dental	Marca: RITTER	Modelo: Ultimate Comfort	N° Serie: 22091357

Descripción de falla reportada: RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Descripción del servicio realizado:


- Efectuar protocolo de mantenimiento preventivo e instalar kit de refacciones de acuerdo a rutina que marca el fabricante
- Revisión general del estado físico del equipo, , integridad de la estructura, integridad física y funcional de mangueras.
- Verificar compresora: limpieza, lubricación, funcionamiento, posibles fallas, fugas calibración de aire.
- Verificar equipo dental: Limpieza interna y externa del equipo y sus accesorios, estado funcional y físico de los filtros, posibles fugas de aire, agua, empaques, conectores, válvulas, sistemas reguladores, trampas y mangueras.
- Ejecutar pruebas de hermeticidad, limpieza y lubricación de válvulas de agua, re calibración de válvulas de aire y agua(de acuerdo al modelo, si consta de regulador de presión)
- Revisión y ajuste de: articulación del equipo (brazos para mesa y reflector); de conexiones eléctricas para evitar falsos contactos; las posiciones del sillón.
- Revisión de la correcta iluminación de la lámpara
- Revisión y ajuste de manómetros
- Revisión de y calibración de presiones de trabajo, piezas de mano y eyectores.
- Desarrollar las pruebas de aceptación que recomienda el fabricante al personal usuario presente
- Revisión de tarjetas electrónicas
- Recomendaciones al personal para su buen cuidado y uso

Observaciones y/o recomendaciones técnicas:

Condiciones en la que se deja el equipo: Funcionando

Voltaje medido: 110V

Ingeniero de servicio técnico Nombre y firma	Operador del equipo Nombre y firma 99026403	Residente, jefe de departamento y/o responsable del control de los bienes Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez Jefe de Conservación H.G.R. No. 1 IMSS Mat. 99024986 Nombre y firma	Sello de Clínica/Hospital CONSERVACIÓN H.G.R. No. 1 TIJUANA, B.C.
--	--	---	---



ingenieros@imss-hgr.com.mx
 01 646 211 1111
 soporte tecnico@imss-hgr.com.mx



Av. Constitución # 2314, Colonia
 Miraflores, Tijuana, B.C.
 22091357