

Orden:

Fecha: 25jun-25

CLIENTE

UNIDAD HOSPITALARIA: IMSS HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 1, TIJUANA

EQUIPO: OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL PARA TAMIZAJE CARDIACO NEONATAL SERIE: 3000206419

MARCA: MASIMO

INVENTARIO:

MODELO: RAD-97

UBICACIÓN:

☐ Mantenimiento correctivo ☒ Mantenimiento Preventivo ☐ Instalación ☐ Desinstalación ☐ Garantía ☐ Otro

SEGUNDO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

ACCIONES A REALIZAR:

INSPECCIÓN FÍSICA DEL EQUIPO, CABLE DE ALIMENTACIÓN Y ACCESORIOS.
COMPROBACIÓN DE RENDIMIENTO.
AUTOPRUEBA DE ENCENDIDO.
COMPROBACIÓN DE INICIO DE SOFTWARE.
PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE PANTALLA TÁCTIL.
PRUEBA DE LÍMITES DE ALARMA.
VERIFICACIÓN INTERNA DE CONECTORES Y TARJETAS ELECTRÓNICAS.
VERIFICACIÓN DE ALIMENTACIÓN Y FUENTE.
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON SIMULADOR DE PACIENTE.

PIEZAS A VERIFICAR:

CABLE DE ALIMENTACIÓN.
BATERÍA INTERNA.



CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

Equipo funciona:

☒ Si ☐ No

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

RECIBIDO
25 JUN 2025

FIRMAS

Ingeniero especialista



Nombre y firma


Usuario y/o responsable del servicio



Dra. Claudia C. Osuna Saucedo
Médico Pediatra
Mat. IMSS 11043296
C.P. 4964301

Nombre y firma del responsable del servicio
conformidad

Jefe responsable


Oswaldo Ramirez Gonzalez
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1

Nombre y firma del responsable del servicio
conformidad

