



GESTUM CONSULTORES, S.A. DE C.V.
ALDAMA 315 SUR
CENTRO C.P. 66400
SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN
R.F.C. GCO071031BFA

Orden de servicio

Fecha

03 / JUL / 25

Datos del cliente

Institución: Imss INSTITUTO MEXICANO
HOSPITAL: HGR #1 Tijuana DEL SEGURO SOCIAL
Dirección: _____
Teléfono: _____ Correo: _____
Departamento: _____
Jefe de departamento: _____

Datos equipo

Equipo: Cama obstetrica
Marca: K140 Modelo: MDB900
Número de serie: KB11941224
Estado del equipo: Funcionando ☒ Buen estado ☐ Fallando ☐ Mal estado ☐
Falla reportada: Ninguna
Tipo de servicio: Primer mantenimiento Preventivo

Observaciones: Se realiza:
• Inspeccion visual y Prueba de funcionamiento
• Lubricacion de Partes mecanicas
• Limpieza general.

Carlos Usualdo Ramirez Gonzalez
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
MSS Mat 900 4980

Dr. Carlos F. Verdugo F.
Coord. Gine Obstetricia
MSS 11836814
C.F. 4768309

Nombre y firma de quien recibe el servicio



CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

Marco Vega

Nombre y firma del proveedor de servicio