

ORDEN DE SERVICIO EQUIPOS

Fecha:
06 12 2024No. Folio:
06 12 2024 10:00:25 RRUnidad del cliente ☒
Nuestras Instalaciones ☐

DATOS DEL CLIENTE Cliente: <u>IMSS HGR #1/UDDCM TIJUANA</u> Contacto: <u>ING CARLOS DIONICIO RODRIGUEZ GRAVE</u> Tel: Cel: <u>N/A</u>		IDENTIFICACION DEL EQUIPO Nombre del equipo: <u>ELECTROMOTOR PARA MACROCIRUGIA</u> Ubicación: <u>CEYE</u>	
TIPO DE SERVICIO Instalación ☐ Preventivo ☒ Correctivo ☐ Mejora ☐ Atención vía telefónica ☐ Asesoría ☐ Recertificación ☐ Otros: <u>N/A</u>		ACCESORIOS Bbiologic ☐ Admea ☐ Rehilete de soporte de suero ☐ Soporte de dializador ☐ Brazaletes ☐ Charola para bidón de desinfectante ☐ Bandeja de consumibles ☐	
Limpieza del equipo Si ☒ No ☐ EPP: ☐ Presenta Daño Físico Si ☐ No ☒ Dual: <u>N/A</u> Realizado por: <u>Resendiz Hernández Roberto</u> Fecha: <u>06/12/2024</u>		Accesorios adicionales: <u>N/A</u>	

DIAGNOSTICO DEL EQUIPO Problema reportado: <u>NINGUNO</u> Problema encontrado: <u>NINGUNO</u>	Reclamación de servicio
--	-------------------------

ACTIVIDADES REALIZADAS ACTIVIDADES MANTENIMIENTO PREVENTIVO Inspección general, desensamble y ensamble, limpieza, lubricación, verificación de temperatura, verificación de R.P.M Comprobación de uniones roscadas, verificación de inserción de acumulador, prueba de funcionamiento, carga y descarga acumuladores. Equipo funcionando adecuadamente después de las pruebas realizadas. Se enlistan las claves que no tienen número de serie y recibieron mantenimiento preventivo: <u>02-TE 735, 02-GA678, 01- GA679, 02-GA675, 01-JP102, 01-GB243, 01-JK442, 01- GA672207, 01-GA031R, GB645R NS1270.</u>	
--	--

EQUIPOS						REFACCIONES ACCESORIOS			CONSERVACIÓN	
voltaje	Software	Horas WTC	Serie	Modelo	Descripción	Cant.	Clave	Descripción	Traspaso de	Traspaso de
N/A	N/A	1	2986	GA330	ACCULAN 4 PERFORADORA/FRESADORA	-	N/A	N/A	HGR No. 1	
N/A	N/A	1	807	GB670R	ACCULAN 4 CABEZA PORTA-FRESA HARRIS	-	N/A	N/A	TIJUANA, B.C.	
N/A	N/A	1	60433	GA676	ACCULAN ACUMULADOR NIMH	-	N/A	N/A		
N/A	N/A	1	60435	GA676	ACCULAN ACUMULADOR NIMH	-	N/A	N/A		
N/A	N/A	1	60437	GA676	ACCULAN ACUMULADOR NIMH	-	N/A	N/A		
N/A	N/A	1	60439	GA676	ACCULAN ACUMULADOR NIMH	-	N/A	N/A		
N/A	N/A	1	60441	GA676	ACCULAN ACUMULADOR NIMH	-	N/A	N/A		
N/A	N/A	1	60442	GA676	ACCULAN ACUMULADOR NIMH	-	N/A	N/A		
N/A	N/A	1	6097	GA320	ACCULAN 4 CARGADOR	-	N/A	N/A		
N/A	N/A	1	6098	GA320	ACCULAN 4 CARGADOR	-	N/A	N/A		
N/A	N/A	1	3037	GA331	ACCULAN 4 SIERRA OSCILANTE	-	N/A	N/A		
N/A	N/A	1	2530	GB641R	ACCULAN 4 CABEZA P.ALAM.KIRSCHNER UNIV	-	N/A	N/A		
N/A	N/A	1	2363	GB621R	ACCULAN 4 CABEZA P.-BROC.MAND.3 MORD.GRD	-	N/A	N/A		
N/A	N/A	1	714	GB665R	ACCULAN 4 CAB. PORTA-BROCA HUDSON/ZIMMER	-	N/A	N/A		
N/A	N/A	1	1320	GB669R	ACCULAN 4 CAB. PORTA-FRESA HUDSON/ZIMMER	-	N/A	N/A		
N/A	N/A	1	537	GB657R	ACCULAN 4 CAB.P.-BROCA INTRAMED AO-GR.	-	N/A	N/A		

TIEMPOS DEL SERVICIO Hora de Llegada: <u>8AM</u> Tiempo de Espera: <u>CERO</u> Tiempo de Viaje: <u>N/A</u> Nombre del Call Center: <u>N/A</u> Hora de Salida: <u>14 HRS</u> Tiempo Mano Obra: <u>1 HR</u> Tiempo de llamada: <u>N/A</u> Call Center (Hora de llamada): <u>N/A</u>	
--	--

OBSERVACIONES <u>NINGUNA</u>

Disposición Final ☒ Aprobado ☐ No Aprobado Motivo: <u>N/A</u> ☐ Otros <u>N/A</u>	Servicio Técnico Nombre: <u>Resendiz Hernández Roberto</u> Fecha Cierre: <u>06/12/2024</u> Firma: <u>Roberto Resendiz</u>	Firma de Conformidad Nombre: <u>ERIKA N. SANCHEZ</u> Cargo: <u>EJP</u> Fecha: <u>6/12/2024</u> Firma: <u>E. Sanchez</u>	Ing. Javier Zamora Villalobos Jefe de Conservación Hospital General Regional No. 1 Mat. 99020041
---	---	--	--

DIRECCIÓN:
Centro de Servicio: Km 3.5 Carr.
Santiago Mexicalzingo Col. Libertad
C.P. 52500 Municipio Santa Cruz
Atzacapan EstadoOficina central: Av. Revolución
758, Pisos 6 y 7, Col. Nonoalco,
Benito Juárez, C.P. 03700 Cd. Méx.ATENCIÓN SERVICIO TECNICO (PLANTA):
serviciotecnico.mx@braun.comTel. Centro de Servicio: 713 13 15712
Tel. oficina: 55 5089 7600

+52 55 4888 8662 V= Vale, K= Refaccion de Kit, P= Prestamo de un 3"