

**BTL Laboratorios de Tecnología S.A. de C.V.**

Teléfonos: +52(55) 5135 2080, 5135 2085, 5135 1456

www.btlmed.es

Orden de Servicio

--

Cliente: Luis Hgr No1	Equipo: BTL 4000 Smart/Premium	Fecha: 22/10/2025
Dirección: Tijuana	Modelo: BTL-4625 SMART	Factura:
Contacto: 	Número de Serie: 05B50B029476	Garantía:
Accesorios: 	Reparación: 	Contrato:
		Mtto. Pvo. X
		Reparación:
		DEMO:
		Otro:
		Apertura:
		Cierre:

Reporte de Falla Mantenimiento Preventivo	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
---	---

Descripción del trabajo realizado - 8 realice revisión y mantenimiento - 8 pucarle version firmware	22 OCT 2025 CONSERVACIÓN H.G.R. No. 1
--	---

Pruebas generales del equipo:	Pruebas por terapia
Apariencia ☒	Electroterapia
Equipo ☒	Conexión
Fecha y hora ☒	Cables
Cable - Voltaje ☒	Electrodos
Adaptador - Voltaje ☒	Puls Rect
Sacudir ☒	Inter 2 polos
Encender ☒	Corr Galvanica
Display ☒	(sim, 1000/1000 ms, CV, +, 60 mA)
Información desplegada ☒	(sim, 1/2 ms, cv, +, MAX)
Aplicadores conectados ☒	(cf 4 kHz, AMF 50hz sp 0Hz, cc, 70 mA)
Touch Screen ☒	(cf 4 kHz, AMF 50hz sp 0Hz, cv, 70 V)
Calibración Touch Screen ☒	(T Cont, mode cc, +, 50 mA)
Enciclopedia ☒	(T Cont, mode cv, -, 50 V)
Botones ☒	Menu>Serv Funct>Fact set>Fin check>Measure output
Perilla ☒	Osciloscopio
Ventilador ☒	Ultrasonido 100 % Duty factor
Alertas ☒	Aplicador
Almacenamiento de datos ☒	Calibración
Reiniciar 3 veces ☒	2W@1 MHz
Firmware ☒	Laser (dosis 4 J/cm2, área 1 cm2)
Batería (opcional) ☒	Sonda
	Emisión laser
	Magnetoterapia (puls rect 200 ms-300 ms MAX)
	Aplicador
	Probador
	Conexión
	Brújula

Comentarios - 8 dyc pucarle en valores de pubrica
--

Refacciones	Cantidad	Descripción	Precio	Cargos estimados
No. De parte				Refacciones
				Mano de obra
				Viajes
				Subtotal
				IVA 16%
				Total

René Villarreal Alvarez
Ing. de Servicio

Kenya Marin Ramirez
48029362

Autización
H.G.R. No. 1
22 OCT 2025