

Orden de servicio

Institución		Datos de orden de servicio	
Clinica: <u>HGP H 7 1455</u>		Fecha de servicio: <u>26/ Dic / 2025</u>	
Lugar: <u>Tijuana Baja California</u>		N° de contrato: _____	
Contacto: _____		Tipo de servicio: ☒ Preventivo ☐	

Datos del equipo			
Equipo: <u>Unidad dental</u>	Marca: <u>Ritter</u>	Modelo: <u>electric</u>	N° Serie: <u>22091357</u>

Descripción de falla reportada: RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Descripción del servicio realizado:

- Efectuar protocolo de mantenimiento PREVENTIVO de acuerdo a rutina que marca el fabricante:
- Lubricación en general al sistema mecánico de la unidad dental.
- Revisión general del estado físico del equipo, integridad de la estructura, integridad física y funcional de mangueras.
- Realizar limpieza, lubricación, verificar funcionamiento, detectar posibles fallas y/o fugas de agua o aire.
- Calibración de presión de aire en reguladores principales de la unidad dental.
- Verificar el estado funcional y físico de los filtros, empaques, conectores, válvulas, sistemas reguladores, trampas y mangueras.
- Ejecutar pruebas de hermeticidad.
- Revisión y ajuste de: articulación del equipo (brazos para mesa y reflector).
- Revisión del sistema eléctrico de la unidad dental.
- Revisión de la correcta iluminación de la lámpara.
- Revisión y ajuste de manómetros.
- Revisión y calibración de presiones de trabajo de las piezas de mano y eyectores.
- Revisión del sistema electrónico de la unidad dental.
- Recomendaciones al personal para su buen cuidado y uso.



INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL
RECIBIDO
26 DIC 2025

Observaciones y/o recomendaciones técnicas:

CONSERVACION
HGR No. 1

Condiciones en la que se deja el equipo: Funcionando

Voltaje medido: 110v

Ingeniero de servicio técnico	Operador del equipo	Residente, jefe de departamento y/o responsable del control de los bienes	Sello de Clínica/Hospital
			
Nombre y firma	Nombre y firma	Nombre y firma	CONSERVACION Sello No. 1 TIJUANA, B.C.