

FECHA DE INICIO: 01/10/2025

FECHA DE TÉRMINO: 02/10/2025

ORDEN DE SERVICIO No.: REP9441-C1-25

DATOS DE LA UNIDAD MÉDICA

DELEGACIÓN/OOAD: BAJA CALIFORNIA

UNIDAD MÉDICA: HGR No. 1

DATOS DEL EQUIPO:

EQUIPO: EQUIPO PARA FORTALECIMIENTO DE EXTREMIDADES

MARCA: CONTREX

MODELO: MJ, LP, TP, PM2

SERIE: LP03402, TP103201,
MJ03402, PM205402

DATOS GENERALES

No. PROVEEDOR: 0000157343

No. DE CONTRATO: 050GYR019N09125-024-00

ESTADO FUNCIONAL DEL EQUIPO: Activo

ANEXOS:

TIEMPO EMPLEADO: 8hs

TIPO DE MANTENIMIENTO:

PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐

SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐

SERVICIO CORRECTIVO ☒

RUTINA DE MANTENIMIENTO

Mantenimiento preventivo:

- Evaluación de la memoria en disco duro.
- Revisión de accesorios.
- Revisión de mecanismos de seguridad (paros de emergencia).
- Lubricación de sistemas mecánicos.
- Limpieza interna al módulo de control incluyendo la PC.
- Verificación de voltajes de operación.
- Revisión y ajuste de actuadores de posición.
- Revisión de la tensión de banda.
- Desfragmentación de disco duro.
- Limpieza general.
- Calibración del dinamómetro por hardware y software.
- Respaldo de la base de datos.
- Pruebas de funcionamiento.

Mantenimiento correctivo:

Se revisó la parte mecánica y eléctrica del equipo. Se verificó que la PC funcionara normalmente con el software del equipo. Se realizaron pruebas de funcionamiento con sesiones y protocolos distintos, se verificó que se encuentra el cero absoluto y es posible ajustar el ROM. En "entrenamiento" se verifica la medición antes del inicio del ejercicio actual y se obtienen resultados con gran fluidez y finalización. En entrenamiento es posible realizar distintos sesiones continuamente. Se realizó lubricación de los ejes de la silla LP.

OBSERVACIONES:

EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO, PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO. OPERANDO AL 100 %

La silla LP requiere cambio de 2 manivelas para su mejor uso.

REFACCIONES / MATERIAL EMPLEADO/ KIT DE MANTENIMIENTO:

CANT.	DESCRIPCION	NUMERO DE PARTE Y/O SERIE	CANT.	DESCRIPCION	NUMERO DE PARTE Y/O SERIE
1	Kit de limpieza	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/

FIRMAS Y SELLOS DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO REALIZADO

RESPONSABLE DEL SERVICIO TLM:

Valentin Mado Ruiz

02/10/2025

CONSERVACIÓN

ÁREA USUARIA

SELLOS:

Observación con la capacitación programada para 03/03/25 y programada para 06/03/25, luego se agendó para el 26/10/25 al final la fecha programada es 26/11/25. Esto generando una inquietud en la consulta la capacitación de capacitación para el buen uso y manejo del equipo para evitar fallas en el mismo.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

RECIBIDO
02 OCT 2025

CONSERVACIÓN
HGR No. 1

Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
Ext. 99074980