

Instituto Mexicano del Seguro Social

Paseo de la Reforma 476
06600 Distrito Federal
México

B. Braun México
Servicio Técnico

Contacto: Servicio Técnico Call Center
Teléfono: +52 1 55 4888 8662
Correo: serviciotecnico.mx@bbraun.com
Orden de Servicio: WO-01696995
No. Cliente: 20201469
Orden de Compra: H.G.R. No.1/UDDCM Micro CX
Fecha de Servicio: 19/06/2025

Orden de servicio equipos

Problema reportado

Mantenimiento preventivo

Cantidad de Equipos: 6

Software: N/A

Actividades Realizadas

Inspección general, limpieza, lubricación, verificación de temperatura, verificación de R.P.M, comprobación de uniones roscadas, verificación de inserción de acumulador, prueba de funcionamiento, carga y descarga, errores y carga en batería, equipo funcionando adecuadamente de acuerdo con manual técnico. Las siguientes claves si cuentan con numero de serie y se dio mantenimiento: GB892R/408, GB896R/392, GA844/2960.

Las baterías GA346 NS.7260, 7420, 7425 salieron para mantenimiento correctivo, en cuanto regresen se integran al set y se retiran las que actualmente están en uso propiedad de BBRAUN.

Se enlistan las claves que no tienen número de serie y recibieron mantenimiento preventivo: 01-TE 735, 01-GA678, 01- GA679, 01-GA675, 01-GP102, 01-JK441, 01-GA031R, GA344244,GB257R

Actividad realizada

Tipo de actividad	horario	Observaciones	Cantidad	Ud
Mantenimiento	horario matutino		1.00	UR

Equipo

Modelo	Descripción del equipo	No. Serie	No. Cliente
GA320	ACCULAN 4 CARGADOR	5246	
GB894R	CABEZA ALAMBRES KIRSCHNER P.GA344/GA844	2755	
GB871R	CABEZA POR-FR AO-GRANDE P.GA344/GA844	740	
GB872R	CABEZA POR-FR HUDSON/ZIMMER/GA344/GA844	437	
GB881R	CAB.POR-BR MAND.3 MORD.GRD.P.GA344/GA844	2345	
GB884R	CABEZA POR-BR AO-PEQUEÑA P.GA344/GA844	2619	

firma de conformidad

ERIKA SANCHEZ
99023968



firma Servicio Técnico
Ingeniero / técnico: Roberto Resendiz
Fecha/Hora: 19/06/2025, 14:23
Zona horaria: America/Mexico_City

Ing Carlos D. Rodríguez Grave
Jefe Depto. de Conservación
Hospital General Regional No 1
Matricula 99024951