



GE HealthCare

GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
 Antonio Dovali Jaime No. 70, Torre B, Piso 4, Col. Santa Fe
 Del. Alvaro Obregón, C.P. 01210 CDMX
 Atención a Clientes Servicio 800 2000 111

No. De Folio

No. de CASE

No. de WO

Hoja de servicio

MA1326.14

13507217

WO-14918453

Razon Social	HGR 1 TIJUANA	SID:	SM624330012MD
Ciudad / Localidad:	TIJUANA		
	BAJA CALIFORNIA	Equipo:	ANESTESIA BASICA
Dependencia:	IMSS	Modelo:	Carestation 620
Dirección:	NA	Serie:	SM624330012MD
Teléfono:	NA		

Periodo de servicio				
Tipo de Trabajo	Fecha de Inicio		Fecha Final	
	Día	Hora	Día	Hora
Reparacion	13-feb-26	14:00	13-feb-26	15:00

Fin del servicio: 13 de febrero de 2026

DESCRIPCION COMPLETA DEL SERVICIO

Debido a la falla presentada se realiza reemplazo de modulo interno ya que se encontraba dañado, pruebas de funcionalidad, calibración de acuerdo a manual

SERVICIO	
Tipo de Servicio:	MC (Mantenimiento Correctivo)
Tipo de Trabajo:	GARANTIA
Contrato No.	
Gon de Instalación	

SINTOMA

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

desconexión intermitente del modulo de capnografía

HERRAMIENTA UTILIZADA (CALIBRABLE)

Calibración siguiente	Serie	Herramienta
17/09/2026	6249063	Electrical Safety Analyzer
10/08/2026	7033830	GAS FLOW ANALYZER

Servicio realizado de acuerdo a documento: 2076163-001


EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO AUTO MEXICANO
 FUNCIONANDO AL 100%

SI ✓

SI ✓

Observaciones

FUNCIONANDO AL 100%



Reprogramación del Servicio:

m/a

Condiciones en que se deja el equipo:

FUNCIONANDO

Kit y refacciones utilizadas en el servicio

Cant.	# Parte / Catálogo	Descripción	No. Orden / No. de GON
1	M1179136-X	Exchange Unit, E-sCAiO-00-ASSY	

Sello de Unidad

CONSERVACIÓN
 H.G.R. No. 1
 TIJUANA, B.C.

Firmas de Aceptación y Visto Bueno:

Sello Clave Presupuestal

Clave Presupuestal
 0205 0214 2902
 H.G.R. No. 1

Miguel Arenas
 Nombre completo

Nombre completo

Nombre completo

Ingeniero de Servicio

Cargo

DR. LORA Y CESAR G.
 Jefe de Ginecología
 C.P. 3278433

Jefe de Área / Usuario: 99363994

Carlos Cavaldo Ramírez González
 Subjefe de Conservación
 H.G.R. No. 1
 IMSS Mat. 99021680

Jefe de conservación

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web:
<http://ecso.gehealthcare.com/>

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

RECIBIDO
13 FEB 2026



GE HealthCare

GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO S.A. DE C.V. ANTONIO
DOVALI JAIME No. 70 TORRE B 4to. PISO COL. SANTA FE
DELEGACION ALVARO OBREGON CP. 01210 CDMX

CONSERVACIÓN
HGR No. 1

FECHA 13 de febrero de 2026

UNIDAD / HOSPITAL HGR 1 TIJUANA

LOCALIDAD TIJUANA

DELEGACIÓN / UMAE BAJA CALIFORNIA

EQUIPO ANESTESIA BASICA


MODELO Carestation 620

SERIE SM624330012MD

A
N
T
E
S



D
U
R
A
N
T
E



D
E
S
P
U
E
S



Miguel Arenas
Ingeniero de Servicio

Carlos Osvaldo Ramirez Gonzalez
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
Responsable del Área de Conservación

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1