

GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Antonio Dávalos Jalme No. 70, Torre B, Piso 4, Col. Santa Fe
Del. Álvaro Obregón, C.P. 01210 CDMX
Atención a Clientes Servicio 800 2000 111

No. de folio

Hoja de servicio
DMGD2975.17

No. de caso

15308903

No. de WO

WO-16768452

Atención a Clientes Servicio
Tel. 800 2000 111
Correo: lmss@gehealthcare.com

Dependencia:	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Interno:	738
OOAD / UMAE	BAJA CALIFORNIA	Equipo:	MONITOR DE SIGNOS VITALES
Unidad Médica:	HGR No. 1	Modelo:	CARESCAPE B450
Localidad:	TUJANA	Serie:	SNT20290013HA
		SID GE:	SNT20290013HA

Periodo de servicio				
Tipo de Trabajo	Fecha de Inicio		Fecha Final	
	Día	Hora	Día	Hora
Mantenimiento planificado	29-Jul-25	17:00	29-Jul-25	19:00
Fin del servicio:	29 de julio de 2025			
DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL SERVICIO				

Se realiza mantenimiento preventivo que consta de limpieza externa y consumibles, calibraciones, pruebas funcionales con analizadores y simuladores de signos vitales y pruebas de seguridad eléctrica.

Servicio realizado de acuerdo a documento: 2088566-001

EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO
FUNCIONANDO AL 100%

Observaciones

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL
RECIBIDO
29 JUL 2025

EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO

Fue necesario y se otorgó asesoría técnica: No

Reprogramación del Servicio:

No Aplica

Condiciones en que se deja el equipo:

Kit y refacciones utilizadas en el servicio

Cant.	# Parte / Catálogo	Descripción	No. Orden / No. de GON
		No Aplica	

Sello de Unidad

Sello Clave Presupuestal

CONSERVACIÓN

H.G.R. No. 1

Daniela Miranda García Díaz

Nombre completo

TUJANA, B.C.

Ingeniero de Servicio

Firmas de Aceptación / Visto Bueno

Nombre completo

Mat. 00020055

Matricula

Jefe de Área / Usuario Responsable

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

Nombre completo

Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
Mat 00024990



Jefe de conservación

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web; <http://ecso.gehealthcare.com/>

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

RECIBO
GE Healthcare
29 JUL 2025

GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Antonio Govea Jarama No. 70, Torre B, Piso 4, Col. Santa Fe
Delegación Miguel Alemán, C.P. 01210 CDMX

Atención a Clientes Servicio
TEL 800 2000 111
Correo: msd@gehealthcare.com

No. De Orden

Reporte fotográfico
DMGD2975.17

No. de caso

15308903

No. de WQ

WO-16768452

CONSERVACIÓN


HGR No. 1

Dependencia:	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OOAD / UMAE	BAJA CALIFORNIA
Unidad Médica:	HGR No. 1
Localidad:	TIJUANA

No. Contrato 955GTR01SM9125-011-00

SID GE:	SNT20290013HA
Equipo:	MONITOR DE SIGNOS VITALES
Modelo:	CARESCAPE BASO
Serie:	SNT20290013HA


AN
TER
SVI
DC
EIO



D
UR
AR
NV
IC
EIO



D
E
S
P
E
R
V
E
S
C
D
EIO



Observaciones

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No. 1

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

Daniela Miroslava García Díaz
Nombre completo

[Signature]

Ingeniero de Servicio

Firmas y sello de Conformidad

Nombre completo

IMP EJP Consuelo Orduño Vega
MAT 98020055
Cargo

Matrícula

Jefe de Área / Usuario Responsable

Nombre completo

IMP Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
Mat 99024980
Jefe de conservación

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web;
<http://ecso.gehealthcare.com/>

WO: WO-16768452

✓

☒	☐	☐
☒	☐	☐
☒	☐	☐
☒	☐	☐

	☒	☐	☐
	☒	☐	☐
	☒	☐	☐
	☐	☒	☐
	☒	☐	☐
	☒	☐	☐
	☐	☒	☐
	☒	☐	☐
	☒	☐	☐
	☐	☐	☐
	☒	☐	☐
	☒	☐	☐
	☒	☐	☐
	☒	☐	☐
	☒	☐	☐
	☒	☐	☐
	☒	☐	☐
I/A	☐	☒	☐
	☐	☒	☐
	☐	☒	☐

Pol Norm
Pol Rev

0.1	<10
0.4	<50
0.2	<50
0.2	<50
0.1	<50
	<10

CPU Battery

Aplica	N/A	Reemp
☐	☒	☐

Vence calibración

DESCRIPTION	MANUFACTURER	MODEL	SERIAL NO.	DATE
PATIENT SIMULATOR	FLUKE	PROSIM 4	5914006	17/10/2025
SAFETY ANALYZER	FLUKE	ESA 612	4355044	16/10/2025

EL EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE.

Nombre y Firma

Responsable	Nombre y forma
Ordinario	5000

Responsable
Nombre y Firma

Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
Mat 99024980

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1