



GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.  
Antonio Dávalos Jaime No. 70, Torre B, Piso 4, Col. Santa Fe  
Del. Álvaro Obregón, C.P. 01210 CDMX  
Atención a Clientes Servicio 800 2000 111

Atención a Clientes Servicio  
Tel. 800 2000 111  
Correo: imss@gehealthcare.com

No. de folio

No. de caso

No. de WO

Hoja de servicio

MAM2785.14

15864557

WO-17371105

|                |                                      |          |           |
|----------------|--------------------------------------|----------|-----------|
| Dependencia:   | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | Interno: | 1490      |
| OOAD / UMAE    | BAJA CALIFORNIA                      | Equipo:  | ARCO EN C |
| Unidad Médica: | HGR No. 1                            | Modelo:  | OEC 9800  |
| Localidad:     | TIJUANA                              | Serie:   | OEC820745 |
|                |                                      | SID GE:  | OEC820745 |

| Periodo de servicio                    |                 |       |             |       |
|----------------------------------------|-----------------|-------|-------------|-------|
| Tipo de Trabajo                        | Fecha de Inicio |       | Fecha Final |       |
|                                        | Día             | Hora  | Día         | Hora  |
| Reparacion                             | 27-ago-25       | 14:00 | 27-ago-25   | 16:00 |
|                                        |                 |       |             |       |
|                                        |                 |       |             |       |
|                                        |                 |       |             |       |
|                                        |                 |       |             |       |
| Fin del servicio: 27 de agosto de 2025 |                 |       |             |       |
| DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL SERVICIO      |                 |       |             |       |

Se realizan pruebas de funcionalidad, se realizan multiples diapos, no se observa error, de manera proactiva se realiza reasentamiento de tarjetas

Servicio realizado de acuerdo a documento: 00-881795-03

EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO  
FUNCIONANDO AL 100%

Observaciones

EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO

Fue necesario y se otorgó asesoría técnica: No

Reprogramación del Servicio:

No Aplica

Condiciones en que se deja el equipo:

FUNCIONANDO

| Cant. | # Parte / Catálogo | Kit y refacciones utilizadas en el servicio | No. Orden / No. de GON |
|-------|--------------------|---------------------------------------------|------------------------|
|       |                    | Descripción                                 |                        |
|       |                    |                                             |                        |
|       |                    |                                             |                        |
|       |                    |                                             |                        |

Sello de Unidad

CONSERVACIÓN  
H.G.R. No. 1  
TIJUANA, B.C.

Firmas de Aceptación y Visto Bueno:

Miguel Arenas Moreno

Nombre completo

Ingeniero de Servicio

Nombre completo  
Dr. Rogelio Marroquin Romero  
Jefe de Anestesiología  
C.Mat. 11532416  
Hospital General Regional  
No. 1  
Matrícula

Jefe de Área / Usuario Responsable

Clave Presupuestal  
0205 0214 2902  
H.G.R. No.1

Nombre completo

Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez  
Subjefe de Conservación  
H.G.R. No. 1  
Matrícula  
IMSS Mat 99024980

Jefe de conservación

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web; <http://ecso.gehealthcare.com/>