



GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Antonio Dávalos Jaime No. 70, Torre B, Piso 4, Col. Santa Fe
Del. Álvaro Obregón, C.P. 01210 CDMX
Atención a Clientes Servicio 800 2000 111

Mención a Clientes Servicio
Tel. 800 2000 111
Correo: info@gehealthcare.com

No. de folio

No. de caso

No. de WO

Hoja de servicio
RP1216.11

15/09/17

WO-18156745

Dependencia:	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Interno:	1490
OOAD / UMAE	BAJA CALIFORNIA	Equipo:	ARCO EN C
Unidad Médica:	HGR No. 1	Modelo:	OLC 9800
Localidad:	TIJUANA	Serie:	OLC20145
		SID GE:	OLC20145

Periodo de servicio				
Tipo de Trabajo	Fecha de Inicio		Fecha Final	
	Día	Hora	Día	Hora
Solución de problemas	30-dic-25	11:00	30-dic-25	15:00
Solución de problemas	2-ene-26	12:00	2-ene-26	17:15
Reparación	12-ene-26	13:00	12-ene-26	18:00
Fin del servicio: 12 de enero de 2026				

DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL SERVICIO

30-12-2025: Se encuentra que los monitores principales del equipo pierden. Se verifica y ajusta fuente P51 en arco. Se realiza reconexión en tarjetas y recableado de la WS. 02-01-2026: La consola enciende pero se detecta error de comunicación. Se realiza reemplazo y calibración de fuente P51 en c-arm. 12-01-2026: Se verifican voltajes en GIB y la WS sube.

Servicio realizado de acuerdo a documento: 00-881795-03

EL EQUIPO QUEDA OPERATIVO Y SE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO

FUNCIONANDO AL 100% DEL SEGURO SOCIAL

Observaciones

RECIBIDO
12 ENE 2026

CONSERVACIÓN
HGR No. 1

Fue necesario y se otorgó asesoría técnica:

No

Reprogramación del Servicio:

No Aplica

Condiciones en que se deja el equipo:

FUNCIONANDO

Cant.		# Parte / Catálogo	Kit y refacciones utilizadas en el servicio		No. Orden / No. de GON	
			Descripción			
1		00-879460-01	CABLE ASM, IP-VID-CN		107916676-	
1		00-879463-01	CABLE ASM, VID CONT-		107916676-	
1		00-879432-01	CABLE ASM, DC DIST-S		107916676-	
1		00-901400-01	PWR SPLY +5, +/-12v WKSTN		107933905	

Sello de Unidad

CONSERVACIÓN
HGR No. 1

Firmas de Aceptación y Visto Bueno:

Roberto Pacheco

Nombre completo

R.P.

Ingeniero de Servicio

Dr. Rogelio Marroquín Romero

Jefe de Anestesiología

Mat. 11532416

Hospital General Regional

No. 1

Cargo

Matrícula

Jefe de Área / Usuario Responsable

Clave Presupuestal

Sello Clave Presupuestal
0205 0214 2902

H.G.P. No.1

Nombre completo

Carlos Osvaldo Romero González


Cargo

Matrícula

980

Jefe de conservación

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web; <http://ecso.gehealthcare.com/>



GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Antonio Dovalí Jaime No. 70, Torre B, Piso 4, Col. Santa Fe
Del. Álvaro Obregón, C.P. 01210 CDMX

Atención a Clientes Servicio
Tel. 800 2000 111
Correo: imss@gehealthcare.com

No. De Orden

Reporte fotográfico
RP1216.11

No. de caso

16598417

No. de WO

WO-18156746

Dependencia:	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OOAD / UMAE	BAJA CALIFORNIA
Unidad Médica:	HGR No. 1
Localidad:	TIJUANA

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

No. Contrato 050GYR019M09125-011-00

SID GE: OEC820745

Equipo: ARCO EN C


Modelo: OEC 9600

Serie: OEC820745

AN
TE
RS
VI
DI
CI
LO



D
U
R
A
N
T
E
S
E
R
V
I
C
I
O



D
E
S
P
U
E
S
D
E
L



RECIBIDO
12 ENE 2026

Observaciones

Clave Presupuesto
0205 0214 2902
H.G.R. No.1



CONSERVACIÓN
HGR No. 1



Firmas y sello de Conformidad

R.P.

Roberto Pacheco
Nombre y Firma
Ingeniero de servicios

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjete de Conservación
H.G.R. No. 1
Mat. 99024980

Nombre y Firma

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web:
<http://ecso.gehealthcare.com/>