



GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Antonio Dávalos Jaime No. 70, Torre B, Piso 4, Col. Santa Fe
Del. Álvaro Obregón, C.P. 01210 CDMX
Atención a Clientes Servicio 800 2000 111

Atención a Clientes Servicio
Tel. 800 2000 111
Correo: imss@gehealthcare.com

No. de folio

No. de caso

No. de WO

Hoja de servicio
JAC2316.11

16691677

WO-18229783

Dependencia:	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Interno:	1488
COAD / UMAE	BAJA CALIFORNIA	Equipo:	ARCO EN C
Unidad Médica:	HGR No. 1	Modelo:	OEC 9800
Localidad:	TIJUANA	Serie:	OEC820744
		SID GE:	OEC820744

Periodo de servicio				
Tipo de Trabajo	Fecha de Inicio		Fecha Final	
	Día	Hora	Día	Hora
Solución de problemas	15-ene-26	11:00	30-dic-25	16:00
Solución de problemas	22-ene-26	12:00	22-ene-26	17:15
Reparación	23-ene-26	13:00	23-ene-26	18:00
Fin del servicio: 23 de enero de 2026				

DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL SERVICIO
15-1-2026 Se acude a sitio con refacciones para intentar reparar el freno pero no es posible debido al estado actual del brazo del equipo. Se procede a reemplazar el brazo pero al realizar el cambio el problema persiste. Freno dañado. Se ordenan mas refacciones. 22-1-2026. Se acude a sitio para realizar el reemplazo del L-arm. Se realiza reemplazo pero el freno no retiene el movimiento de la C. 23-1-2026. Se acude a sitio y se realiza el ajuste del freno quedando funcionando correctamente.

Servicio realizado de acuerdo a documento: 00-881795-03

EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO
FUNCIONANDO AL 100%

Observaciones:	
RECEBIDO 23 ENE 2026 CONSERVACIÓN HGR No. 1	
Fue necesario y se otorgó asesoría técnica:	No

Reprogramación del Servicio:
No Aplica

Condiciones en que se deja el equipo: **FUNCIONANDO**

Kit y refacciones utilizadas en el servicio			No. Orden / No. de GON
Cant.	# Parte / Catálogo	Descripción	
3	12-225160-08	SCR,SEMS SPR,PAN,TRX,10-32,,05,SZC	107940181
3	19-224763-00	PIN,SPR,.1250D,,500,SST	
3	00-876981-01	HANDLE, BRAKE, FLIP-FLOP	107940181
3	21-301785-00	NUT,LK,BRG,1.378 BRG,1.9060D,STL ZN	107940181
3	00-879343-01	ACTUATOR, LEFT HAND, 9600	107940181
3	00-876981-01	HANDLE, BRAKE, FLIP-FLOP	107962642
1	00-880821-01	ASM, L-ARM, MECHANICAL	107940181
			107940181

Sello de Unidad: CONSERVACIÓN HGR No. 1

Sello Clave Presupuestal: 05 0214 2902 H.G.P. No.1

Firma de Aceptación y Validación: Dr. Rogelio Martínez Romero, Jefe de Anestesiología, Mat. 11532486, Hospital General Regional IMSS No. 1

Firma de Conservación: Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez, Subjefe de Conservación, H.G.P. No. 1, IMSS Mat 99024980

Nombre completo: Juan Alejandro Cervantes, Tijuana, B.C.


Cargo: Ingeniero de Servicio

Matrícula: [blank]

Jefe de Área / Usuario Responsable: [blank]

Jefe de conservación: [blank]

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web; <http://ecso.gehealthcare.com/>



GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Antonio Dovalí Jaime No. 70, Torre B, Piso 4, Col. Santa Fe
Del. Álvaro Obregón, C.P. 01210 CDMX

Atención a Clientes Servicio
Tel. 800 2000 111
Correo: imss@gehealthcare.com

No. De Orden

Reporte fotográfico
JAC2316.11

No. de caso

16691677

No. de WO

WO-18229783

No. Contrato 050GYR019H09125-011-00

SID GE: OEC820744

Equipo: ARCO EN C

Modelo: OEC 9800

Serie: OEC820744

Dependencia: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

OOAD / UMAE: BAJA CALIFORNIA

Unidad Médica: HGR No. 1

Localidad: TIJUANA

A
N
T
E
R
S
I
V
I
D
E
O



D
U
R
A
N
T
E
E
L



D
E
S
P
U
E
S
D
E
L



23 ENE 2026

Observaciones

Clave Presupuestal

0205 0214 2902

H.G.R. No. 1

CONSERVACIÓN

HGR No. 1

Firmas y sello de Conformidad

Juan Alejandro Cervantes

Nombre y Firma

Ingeniero de servicios

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat 99024980

Nombre y Firma

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web;
<http://ecso.gehealthcare.com/>