



GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Antonio Dávalos Jaime No. 70, Torre B, Piso 4, Col. Santa Fe
Del. Álvaro Obregón, C.P. 01210 CDMX
Atención a Clientes Servicio 800 2000 111

Atención a Clientes Servicio
Tel. 800 2000 111
Correo: imss@gehealthcare.com

No. de folio

No. de caso

No. de WO

Hoja de servicio

MAM2116.12

16711075

WO-18242592

Dependencia:	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Interno:	730
OOAD / UMAE	BAJA CALIFORNIA	Equipo:	MONITOR DE SIGNOS VITALES
Unidad Médica:	HGR No. 1	Modelo:	CARESCAPE B450
Localidad:	TIJUANA	Serie:	5NT20290019HA
		SID GE:	5NT20290019HA

Periodo de servicio				
Tipo de Trabajo	Fecha de Inicio		Fecha Final	
	Día	Hora	Día	Hora
Reparación	21-ene-26	12:00	21-ene-26	13:00
Fin del servicio: 21 de enero de 2026				
DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL SERVICIO				

Se realiza entrega de accesorios de acuerdo a contrato. Monitor de signos vitales funcionando adecuadamente

SERVICIO		
Tipo de Servicio:	MC (Mantenimiento Correctivo)	
Tipo de Trabajo:	CONTRATO	
Contrato No.	050GYR019N09125-011-00	
GON	4927658	
SINTOMA		
MANTENIMIENTO CORRECTIVO		
Reemplazo de accesorios		
HERRAMIENTA UTILIZADA (CALIBRABLE)		
Calibración siguiente	Serie	Herramienta
18/06/2026	735A1531Q	Patient Simulator
17/09/2026	6249063	Electrical Safety Analyzer

Servicio realizado de acuerdo a documento: 2106778-003


EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO

Si ✓
Sí ✓

FUNCIONANDO AL 100%

Observaciones

No aplica



Fue necesario y se otorgó asesoría técnica: No

Reprogramación del Servicio:

No Aplica

Condiciones en que se deja el equipo:

FUNCIONANDO

Kit y refacciones utilizadas en el servicio			
Cant.	# Parte / Catálogo	Descripción	No. Orden / No. de GON
1	2106305-001	ECG TRUNK CABLE, 3/5-LEAD, AHA, 3.6 M/12 FT.	
1	DUR-A2-2A-5S	DURA-CUF, ADULT, DINAClick, 23 - 33 CM, 80369-5, 5/ BOX	
1	2058203-002	ASSY CARE HOSE ADULT/PED 2T DINAClick 3.6M 80369-5	
1	407705-006	DURASENSOR ADULT DS - 100A INDV	
1	2021406-001	SpO2 Interconnect cable, Nellcor OxiMax, 3m/10ft	

Sello de Unidad

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

Firmas de Aceptación y Visto Bueno:

Miguel Arenas Moreno

Nombre completo

Nombre completo

Cargo

Matrícula

Ingeniero de Servicio

Jefe de Área / Usuario Responsable

Carlos Orestes Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat 99024980
Matrícula

Jefe de conservación

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web; <http://ecso.gehealthcare.com/>



GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Antonio Dovali Jaime No. 70, Torre B, Piso 4, Col. Santa Fe
Del. Álvaro Obregón, C.P. 01210 CDMX

Atención a Clientes Servicio
Tel. 800 2000 111
Correo: imss@gehealthcare.com

No. De Orden

Reporte fotográfico
MAM2116.12

No. de caso

16711075

No. de WO

WO-18242592

No. Contrato 050GYR019N09125-011-00


Dependencia: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OAO / UMAE: BAJA CALIFORNIA
Unidad Médica: HGR No. 1
Localidad: TIJUANA

SID GE: SNT20290019HA
Equipo: MONITOR DE SIGNOS VITALES
Modelo: CARESCAPE B450
Serie: SNT20290019HA

AN
TE
R
S
V
I
D
C
I
O



D
U
R
A
N
T
E
S
V
I
D
C
I
O



D
E
S
P
U
E
S
D
E
S
V
I
D
C
I
O



Observaciones

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No. 1

Firmas y sello de Conformidad

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

Miguel Arellano Moreno
Nombre y Firma
Ingeniero de servicios

Carlos Oswaldo Ramírez González
Su Jefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat 99024980

Nombre y Firma

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web;
<http://ecso.gehealthcare.com/>