



GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Antonio Dovalí Jaime No. 70, Torre B, Piso 4, Col. Santa Fe
Del. Álvaro Obregón, C.P. 01210 CDMX
Atención a Clientes Servicio 800 2000 111

Atención a Clientes Servicio
Tel. 800 2000 111
Correo: inss@gehealthcare.com

No. de folio

No. de caso

No. de WO

Hoja de servicio
MAM2016.9

16711348

WO-18248417

Dependencia:	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Interno:	741
OOAD / UMAE	BAJA CALIFORNIA	Equipo:	MONITOR DE SIGNOS VITALES
Unidad Médica:	HGR No. 1	Modelo:	CARESCAPE B450
Localidad:	TIJUANA	Serie:	SNT20290017HA
		SID GE:	SNT20290017HA

Periodo de servicio				
Tipo de Trabajo	Fecha de Inicio		Fecha Final	
	Día	Hora	Día	Hora
Reparación	20-ene-26	9:00	20-ene-26	10:00
Fin del servicio: 20 de enero de 2026				
DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL SERVICIO				

Se realiza entrega de consumibles de acuerdo a contrato. Monitor de signos vitales funcionando adecuadamente

SERVICIO	
Tipo de Servicio:	MC (Mantenimiento Correctivo)
Tipo de Trabajo:	CONTRATO
Contrato No.	050GYR019N09125-011-00
GON	4927658

SINTOMA	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	
Reemplazo de consumibles	

HERRAMIENTA UTILIZADA (CALIBRABLE)		
Calibración siguiente	Serie	Herramienta
18/06/2026	735A1531Q	Patient Simulator
17/09/2026	6249063	Electrical Safety Analyzer

Servicio realizado de acuerdo a documento: 2106778-003

**EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO
FUNCIONANDO AL 100%**

Observaciones

No aplica

Fue necesario y se otorgó asesoría técnica: No

Reprogramación del Servicio:

No Aplica

Condiciones en que se deja el equipo:

FUNCIONANDO

Kit y refacciones utilizadas en el servicio

Cant.	# Parte / Catálogo	Descripción	No. Orden / No. de GON
1	2106305-001	ECG TRUNK CABLE, 3/5-LEAD, AHA, 3.6 M/12 FT.	
1	DUR-A2-2A-5S	DURA-CUF, ADULT, DINACLICK, 23 - 33 CM, 80369-5, 5/ BOX	
1	2058203-002	ASSY CARE HOSE ADULT/PED 2T DINACLICK 3.6M 80369-5	
1	407705-006	DURASENSOR ADULT DS - 100A INDV	
1	TS-SA4-GE	SNSR SPO2 SOFT ADULT GE CONNECTOR 4M	

Sello de Unidad

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

Firmas de Aceptación y Visto Bueno:

Miguel Arellano Moreno

Nombre completo

Nombre completo

Cargo

Nombre completo

Matrícula

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
Mat. 99024980

Ingeniero de Servicio

Jefe de Área / Usuario Responsable

Jefe de conservación

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web; <http://ecso.gehealthcare.com/>



INSTITUTO MEXICANO DE SEGURO SOCIAL
GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Antonio Dovall Jalme No. 70, Torre B, Piso 4, Col. Santa Fe
Culiacán, Sinaloa, C.P. 01210 CDMX

Atención a Clientes Servicio
Tel: 800 2000 111
Correo: imss@gehealthcare.com

Reporte fotográfico

MAM2016.9

No. De Orden

No. de caso

16711348

No. de WO

WO-18248417

No. Contrato 050GYR019N09125-011-00

SID GE: SNT20290017HA

Equipo: MONITOR DE SIGNOS VITALES

Modelo: CARESCAPE B450

Serie: SNT20290017HA

Dependencia:	INSTITUTO MEXICANO DE SEGURO SOCIAL
COAD / UMAE:	BAJA CALIFORNIA
Unidad Médica:	HGR No. 1
Localidad:	TIJUANA


AN
T
E
R
S
V
I
D
C
I
O



D
U
R
S
E
R
V
I
C
I
O



D
E
S
P
E
R
V
I
C
I
O



Observaciones

Clave Presupuestal

0205 0214 2902

H.G.R. No.1

Firmas y sello de Conformidad

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

Miguel Arenas Moreno

Nombre y Firma

Ingeniero de servicios

Carlos Oswaldo Ramírez González

Subjefe de Conservación

H.G.R. No. 1

Mat 99024980

Nombre y Firma

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web;

<http://ecso.gehealthcare.com/>