



GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Antonio Dávalos Jaime No. 70, Torre B, Piso 4, Col. Santa Fe
Del. Álvaro Obregón, C.P. 01210 CDMX
Atención a Clientes Servicio 800 2000 111

Atención a Clientes Servicio
Tel. 800 2000 111
Correo: imss@gehealthcare.com

No. de folio

No. de caso

No. de WO

Hoja de servicio

JAC2016.11

16711366

WO-18248592

Dependencia:	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Interno:	833
OOAD / UMAE	BAJA CALIFORNIA	Equipo:	MONITOR DE SIGNOS VITALES
Unidad Médica:	HGR No. 1	Modelo:	CARESCAPE B650
Localidad:	TUJANA	Serie:	SK416381236HA
		SID GE:	SK416381236HA

Periodo de servicio				
Tipo de Trabajo	Fecha de Inicio		Fecha Final	
	Día	Hora	Día	Hora
Reparación	20 ene-26	11:00	20 ene-26	13:00
Fin del servicio: 20 de enero de 2026				

DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL SERVICIO

Se realiza reemplazo de accesorios de acuerdo a contrato. Verificación y pruebas de funcionamiento. Equipo funcionando correctamente.

Servicio realizado de acuerdo a documento: 2109358-001

EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO

FUNCIONANDO AL 100%

Observaciones

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

RECIBIDO
20 ENE 2026

Fue necesario y se otorgó asesoría técnica: No

Reprogramación del Servicio:

CONSERVACIÓN

HGR No. 1

No Aplica

Condiciones en que se deja el equipo:

FUNCIONANDO

Cant.		# Parte / Catálogo	Descripción	No. Orden / No. de GON
		DUR-A2-2A-L-55	DURA-CUF, ADULT LONG, DINAClick, 23-33CM, 80369-5, 5-BOX	107943440
		407705-006	DURASENSOR ADULT DS-100A INDV	107943440
		21063389-002	ECG LEADWIRE SET, 5-LD GROUPED, GRABBER AHA, 130CM/51IN	107943440
		2106305-001	ECG TRUNK CABLE, 3/5-LEAD, AHA, 3.6 M/12FT.	107943440
		2021406-001	SpO2 Interconnect cable, Nellcor, OxiMax, 3m/10ft	107943440

Sello de Unidad

CONSERVACIÓN

H.G.R. No. 1

Juan Alejandro Cervantes

Nombre completo

Ingeniero de Servicio

Dr. Rogelio Martínez

Firma de Aceptación y Validación

Nombre completo

Cargo

Matrícula

Jefe de Área / Usuario Responsable

Clave Presupuestal

0205 0214 2902

H.G.R. No. 1

Carlos Oswaldo Ramírez González

Subjefe de Conservación

H.G.R. No. 1

Mat 99024980

Matrícula

Jefe de conservación

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web; <http://ecso.gehealthcare.com/>



Dependencia:	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COAD / UMAE:	BAJA CALIFORNIA
Unidad Médica:	HGR No. 1
Localidad:	TIJUANA

No. De Orden
No. de caso
No. de WO

Reporte fotográfico
JAC2016.11
16711366
WO-18248592

No. Contrato 050GYR019N09125-011-00

SID GE: SK416381236HA
Equipo: MONITOR DE SIGNOS VITALES
Modelo: CARESCAPE B650
Serie: SK416381236HA

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

AN
T
E
R
S
I
D
E
L
O



D
U
R
A
N
T
E
L
O



D
E
S
P
U
E
S
D
E
L
O



Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

Firmas y sello de Conformidad

Juan Alejandro Cervantes
Nombre y Firma
Ingeniero de servicios

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
Mat 99024980
Nombre y Firma

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web:
<http://ecso.gehealthcare.com/>