



GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Antonio Dovalí Jaime No. 70, Torre B, Piso 4, Col. Santa Fe
Del. Álvaro Obregón, C.P. 01210 CDMX
Atención a Clientes Servicio 800 2000 111

Atención a Clientes Servicio
Tel. 800 2000 111
Correo: imss@gehealthcare.com

No. de folio

No. de caso

No. de WO

Hoja de servicio

MAM2016.11

16711368

WO-18248597

Dependencia:	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Interno:	835
OOAD / UMAE	BAJA CALIFORNIA	Equipo:	MONITOR DE SIGNOS VITALES
Unidad Médica:	HGR No. 1	Modelo:	CARESCAPE B650
Localidad:	Tijuana	Serie:	SK416381225HA
		SID GE:	SK416381225HA

Periodo de servicio					SERVICIO	
Tipo de Trabajo	Fecha de Inicio		Fecha Final		Tipo de Servicio:	MC (Mantenimiento Correctivo)
	Día	Hora	Día	Hora	Tipo de Trabajo:	CONTRATO
Reparación	20-ene-26	11:00	20-ene-26	13:00	Contrato No.	050GYR019N09125-011-00
					GON	4443803
Fin del servicio: 20 de enero de 2026					SINTOMA	
DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL SERVICIO					MANTENIMIENTO CORRECTIVO	

Se realiza entrega de consumibles de acuerdo a contrato, pruebas de funcionalidad de acuerdo a manual de servicio

Servicio realizado de acuerdo a documento: 2106778-002

**EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO
FUNCIONANDO AL 100%**

Observaciones

No aplica

Fue necesario y se otorgó asesoría técnica: No

Reprogramación del Servicio:

No Aplica

Condiciones en que se deja el equipo:

FUNCIONANDO

Kit y refacciones utilizadas en el servicio

Cant.	# Parte / Catálogo	Descripción	No. Orden / No. de GON
1	2106389-002	ECG LEADWIRE SET, 5-LD GROUPED, GRABBER, AHA, 130 CM/ 51 IN	
1	DUR-A2-2A-L-5S	DURA-CUF, ADULT LONG, DINAClick, 23 - 33 CM, 80369-5, 5/ BOX	
1	407705-006	DURASENSOR ADULT DS - 100A INDV	
1	2021406-001	SpO2 Interconnect cable, Nellcor OxiMax, 3m/10ft	
1	2106305-001	ECG-TRUNK CABLE, 3/5-LEAD, AHA, 3.6 M/12 FT.	

Sello de Unidad

Sello Clave Presupuestal
Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

Miguel Arenas Moreno

Nombre completo

Ingeniero de Servicio

Firmas de Aceptación y Visto Bueno:

Dr. Rogelio Marroquín Romero

Jefe de Anestesiología

Mat-11532416

Nombre completo Hospital General Regional

No. 1

Cargo

Matrícula

Jefe de Área / Usuario Responsable

Carlos Oswaldo Ramírez González

Subjefe de Conservación

H.G.R. No. 1

Mat 98024980

Matrícula

Jefe de conservación

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web; <http://ecso.gehealthcare.com/>

GE Healthcare

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
Antonio Dovali Jaime No. 70, Torre B, Piso 4, Col. Santa Fe
Del. Álvaro Obregón, C.P. 06710 CDMX

Atención a Clientes Servicio
Tel. 800 2000 111
Contact: mx@gehealthcare.com

RECIBIDO
ENE 2026



CONSERVACIÓN
HGR No. 1

Reporte fotográfico
MAM2016.11

No. De Orden

No. de caso

16711368

No. de WO

WO-18248597

No. Contrato

050GYR019N09125-011-00

SID GE:

SK416381225HA

Equipo:

MONITOR DE SIGNOS VITALES

Modelo:


CARESCAPE B650

Serie:

SK416381225HA

Dependencia: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OASD / UMAE: BAJA CALIFORNIA
Unidad Médica: HGR No. 1
Localidad: TIJUANA

AN
TE
R
S
V
I
D
E
I
O



D
U
R
A
N
T
E
E
L



D
E
S
P
U
E
S
D
E
L



Observaciones

Clave Presupuestal

0205 0214 2902

H.G.R. No.1

Firmas y sello de Conformidad

Miguel Arenas Moreno

Nombre y Firma

Ingeniero de servicios

Carlos Oswaldo Ramírez Gonzales

Subjefe de Conservación

H.G.R. No.1

Mat. 99024980

Nombre y Firma

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web;
<http://ecso.gehealthcare.com/>