



GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Antonio Dávalos Jaime No. 70, Torre B, Piso 4, Col. Santa Fe
Del. Álvaro Obregón, C.P. 01210 CDMX
Atención a Clientes Servicio 800 2000 111

Atención a Clientes Servicio
Tel. 800 2000 111
Correo: imss@gehealthcare.com

No. de folio

No. de caso

No. de WO

Hoja de servicio

MAM2016.18

16711277

WO-18346703

Dependencia:	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Interno:	731
OAD / UMAE	BAJA CALIFORNIA	Equipo:	
Unidad Médica:	HGR No. 1	Modelo:	CARESCAPE B450
Localidad:	TIJUANA	Serie:	SNT20290042HA
		SID GE:	SNT20290042HA

Periodo de servicio				
Tipo de Trabajo	Fecha de Inicio		Fecha Final	
	Día	Hora	Día	Hora
Reparación	20-ene-26	18:00	20-ene-26	19:00
Fin del servicio:	20 de enero de 2026			

DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL SERVICIO

Se realiza entrega de accesorios de acuerdo a contrato. Monitor de signos vitales funcionando adecuadamente

SERVICIO		
Tipo de Servicio:	MC (Mantenimiento Correctivo)	
Tipo de Trabajo:	CONTRATO	
Contrato No.	050GYR019N09125-011-00	
GON	4927658	
SINTOMA		
MANTENIMIENTO CORRECTIVO		
Reemplazo de accesorios		
HERRAMIENTA UTILIZADA (CALIBRABLE)		
Calibración siguiente	Serie	Herramienta
18/06/2026	735A1531Q	Patient Simulator
17/09/2026	6249063	Electrical Safety Analyzer

Servicio realizado de acuerdo a documento:	2106778-003
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO	SI ✓
FUNCIONANDO AL 100%	SI ✓

Observaciones
No aplica

Fue necesario y se otorgó asesoría técnica:	No
Reprogramación del Servicio:	No Aplica

Condiciones en que se deja el equipo:	FUNCIONANDO
---------------------------------------	-------------

Kit y refacciones utilizadas en el servicio		
Cant.	# Parte / Catálogo	Descripción
1	2106305-001	ECG TRUNK CABLE, 3/5-LEAD, AHA, 3.6 M/12 FT
1	DUR-A2-2A-5S	DURA-CUF, ADULT, DINAClick, 23 - 33 CM, 80369-5, 5/ BOX
1	2058203-002	ASSY CARE HOSE ADULT/PED 2T DINAClick 3.6M 80369-5
1	407705-006	DURASENSOR ADULT DS - 100A INDV
1	2021406-001	SpO2 Interconnect cable, Nellcor OxiMax, 3m/10ft

Sello de Unidad	Clave Presupuestal 0205 0214 2902 H.G.R. No.1
-----------------	---

Firmas de Aceptación y Visto Bueno:		
Miguel Arenas Moreno Nombre completo	Nombre completo	Nombre completo
Cargo	Cargo	Cargo
Matrícula	Matrícula	Matrícula
Jefe de Área / Usuario Responsable	Jefe de Área / Usuario Responsable	Jefe de conservación

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web; <http://ecso.gehealthcare.com/>



GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Antonio Dovali Jaime No. 70, Torre B, Piso 4, Col. Santa Fe
Del. Álvaro Obregón, C.P. 01210 CDMX

Atención a Clientes Servicio
Tel. 800 2000 111
Correo: imss@gehealthcare.com

Reporte fotográfico
MAM2016.18

No. De Orden

No. de caso

No. de WO

16711277

WO-18346703

No. Contrato 050GYR019N09125-011-00

Dependencia:	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COAD / UMAE	BAJA CALIFORNIA
Unidad Médica:	HGR No. 1
Localidad:	TIJUANA

SID GE:	SNT20290042HA
Equipo:	
Modelo:	CARESCAPE B450
Serie:	SNT20290042HA


A
N
T
E
R
S
I
V
I
D
E
I
O



D
U
R
A
N
T
E
E
L



D
E
S
P
U
E
S
E
L



INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

Observaciones

20 ENE 2026

Firmas y sello de Conformidad

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

CONSERVACIÓN
HGR No. 1

Miguel Arenas Moreno
Nombre y Firma
Ingeniero de servicios

Carlos Osvaldo Ramirez González
Subjefe de Conservación
HGR No. 1
Nombre y Firma

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web:
<http://ecso.gehealthcare.com/>