



GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Antonio Dovalí Jaime No. 70, Torre B, Piso 4, Col. Santa Fe
Del. Álvaro Obregón, C.P. 01210 CDMX
Atención a Clientes Servicio 800 2000 111

Atención a Clientes Servicio
Tel. 800 2000 111
Correo: imss@gehealthcare.com

No. de folio

No. de caso

No. de WO

Hoja de servicio
CMR926.12

16902313

WO-18454771

Dependencia:	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Interno:	1490
OOAD / UMAE	BAJA CALIFORNIA	Equipo:	ARCO EN C
Unidad Médica:	HGR No. 1	Modelo:	DEC 9800
Localidad:	TIJUANA	Serie:	DEC820745
		SID GE:	DEC820745

Periodo de servicio				
Tipo de Trabajo	Fecha de Inicio		Fecha Final	
	Día	Hora	Día	Hora
Mantenimiento planificado	9-Feb-26	12:00	9-Feb-26	15:00
Fin del servicio:	9 de febrero de 2026			

SERVICIO	
Tipo de Servicio:	MC (Mantenimiento Correctivo)
Tipo de Trabajo:	CONTRATO
Contrato No.	050GYR019N09125-011-00
GON	2025704

SINTOMA	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	
El freno necesita ajuste	

HERRAMIENTA UTILIZADA (CALIBRABLE)		
Calibración siguiente	Serie	Herramienta
		NO APLICA

Se realiza ajuste de la palanca del freno y se comprueba que el freno sostiene el brazo. El equipo queda funcionando correctamente. No se usaron herramientas calibrables para este servicio. Manual usado 00-881795-03

Servicio realizado de acuerdo a documento: 00-881795-03

EL EQUIPO QUEDA OPERATIVO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO
FUNCIONANDO AL 100%

Si ✓
Sí ✓

Observaciones



No aplica
CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No. 1

Fue necesario y se otorgó asesoría técnica: No

Reprogramación del Servicio:

No Aplica

Condiciones en que se deja el equipo:

FUNCIONANDO

Kit y refacciones utilizadas en el servicio

Cant.	# Parte / Catálogo	Descripción	No. Orden / No. de GON
		No Aplica	

Sello de Unidad

Sello Clave Presupuestal

Firmas de Aceptación y Visto Bueno:

Cuauhtémoc Marchand Rodríguez

Nombre completo

Ingeniero de Servicio

Nombre completo

Cargo

Matrícula

Jefe de Área / Usuario Responsable

Céd. Esp. 7930501

HGR 1

Nombre completo

Carlos Oswaldo Ramírez González

Subjefe de Conservación

H.G.R. No. 1

Mat. 99024980

Jefe de conservación

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web: <http://ecso.gehealthcare.com/>