



# 외국제조소 GMP 실사 준비 및 심사 방법

Global Trustworthy Partner

## 현장조사 대상

### ● 최초심사

- ✓ 단, 타 수입업체가 유효한 인증서 보유한 경우, 서류심사가 가능  
(인증서 유효기간은 동일하게 부여)

### ● 정기심사

- ✓ 정기심사 대상 제조소가 다수인 경우, 일괄 정기심사 신청  
(적합인정서의 유효기간이 1년 이내인 제조소에 한함)

- ✓ 일괄 신청 제조소 중 최상위등급 품목의 제조소
- ✓ 동일 등급인 경우, 수입실적이 가장 많은 품목의 제조소
- ✓ 현장조사를 받은 적이 없는 제조소

### ● 신개발의료기기 제조소

### ● 최근 3년간 품질부적합발생 제조소

### ● 최근 3년간 위해우려제조소인 경우

- 기업 비밀 등의 이유로 품질매뉴얼 또는 제품표준서를 제출하지 않고 사유서를 제출하여 현장조사를 신청한 경우

## 서류심사 대상

### ● 추가심사

- ✓ 단, 타 수입업체가 유효한 인증서 보유한 경우, 서류심사가 가능  
(인증서 유효기간은 동일하게 부여)

### ● 변경심사

- ✓ 품질적합인증서 사본 및 실사결과자료의 제출

### ● 타 수입업자가 해당제조소에 대해 유효한 GMP적합인정서를 보유

- 정기심사 대상의 외국 제조소를 2개 이상 보유하고 있는 경우 현장 조사 대상 제조소를 제외한 나머지 제조소

- 제조의뢰자-제조자의 관계에서 동일 제조의뢰자가 2개소 이상의 제조자를 보유한 경우, 현장조사 대상 제조소를 제외한 나머지 제조소

## 심사종류 및 심사방법

| 구분 | 등급  | 최초심사 | 추가심사 | 변경심사 | 정기심사 |
|----|-----|------|------|------|------|
| 수입 | 2등급 | 단독   | 서류   | 서류   | 단독   |
|    | 3등급 | 합동   | 서류   | 서류   | 단독   |
|    | 4등급 | 합동   | 서류   | 서류   | 합동   |

신개발의료기기 제조, 최근3년간 품질부적합 또는 위해우려제조소인 경우  
서류심사 또는 단독현장조사라 하더라도 **합동현장조사를 실시**

- **최근3년** : 가장 최근의 최초 또는 정기심사에 대해 적합인정을 받은 날로부터 3년 이내
- **품질부적합**: 제조(수입)업자가 판매의 목적으로 제조(수입)한 의료기기가 의료기기법 제32조(보고와 검사등) 및 제33조(검사명령)에 따른 검사등의 결과가 부적합한 경우
- **위해우려제조소**: 해당제조소에서 심사대상 품목군과 동일한 품목군의 의료기기가 제조/판매된 후 제품 자체의 문제로 인해 부작용이 발생한 제조소

## 심사 전 Checklist

| 체크사항         | 비고                                                         |                          |
|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 제조의뢰자/제조사 확인 | 실제 제조소 여부                                                  | <input type="checkbox"/> |
| 제조의뢰자 참석여부   | 설계 및 판매 후 활동은 명확한 심사범위<br>근거리인 경우, 직접 방문 심사                | <input type="checkbox"/> |
| 심사일정 Confirm | Audit Schedule ,<br>업무시간에 따른 부서별 가능시간                      | <input type="checkbox"/> |
| 심사범위 확인      | 정기심사의 경우, 해당제조소에서 생산하고<br>해당 수입업체에서 수입한 3년간의 실적            | <input type="checkbox"/> |
| 심사 시, 지참자료   | 수입품목허가증<br>3년간 수입실적 (S/Nr 또는 Lot/Nr 포함)<br>3년간 고객불만처리 실적 등 | <input type="checkbox"/> |
| 변경사항 유무 확인   | 구조 및 형상, 치수, 원자재, 성능, 멸균방법,<br>소프트웨어 등 허가사항에서 변경 여부        | <input type="checkbox"/> |
| 통역사          | 해당국언어-한국어간 통역 원칙,<br>통역시간, 통역능력(사전 자료제공이 도움)               | <input type="checkbox"/> |

## 심사 전 Checklist

| 체크사항            | 비고                                                    |                          |
|-----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| 현장순회(Site Tour) | 제조활동 관련 전 부문<br>(클린룸의 경우, 입실함을 통보: 사전준비)              | <input type="checkbox"/> |
| 시작/종료회의 시       | 회사 및 제품 프레젠테이션 여부<br>Management Representative 및 참석범위 | <input type="checkbox"/> |
| 심사 장소           | 독립된 적절한 공간, 전원 및 인터폰 등                                | <input type="checkbox"/> |
| 기타 자료           | 사전에 확보하면 심사에 도움이 되는 자료                                | <input type="checkbox"/> |
|                 |                                                       | <input type="checkbox"/> |

### 1. 실제 제조소 여부 확인

- 최초심사 또는 ‘정기심사이지만 현장방문심사’가 처음인 경우, 제조의뢰자를 제조소로 잘못 인지하고 있을 가능성이 있음.
- 외주업체가 명기된 제조공정도 및 외주업체목록, CFG, ISO13485 인증서 간의 상호비교를 통하여 인지될 수 있으며 가장 확실한 방법은 제조사로 명기된 곳에서 실제 설비 및 인력이 있어서 제조 및 검사행위가 이루어지고 있는가를 직접 문의하는 것이다.

### 2. 제조의뢰자의 심사

- GMP심사는 ISO13485심사와는 달리 Certification Scope를 제한할 수 없음.
- 따라서 설계 및 판매 후 활동(고객과의 커뮤니케이션, 고객불만처리, MDR 등)는 명확한 심사범위이며, 그 활동이 제조의뢰자에서 주관 및 시행되는 경우, 심사에 제조의뢰자가 참석해야 하며 관련 문서 및 자료를 제공하여야 함.
- 근거리에 있는 경우는 방문 심사가 가능하므로 심사스케줄의 조정이 필요함.

### 3. 심사일정 및 계획(Audit Plan)의 확정

- 먼저 심사 일정(통상 4일)을 확정하고
- 심사원으로부터 심사스케줄을 송부 받아 제조소와 협의하여야 함.
- 고려요소: 업무시간, 현장투어시간, Shift, 심사부서별(대응자) 가능 여부
- 현장에서 심사진행상황에 따라 조정이 될 수 있음을 제조소에게 고지

#### 4. 심사범위의 확인

- 정기심사의 경우, 해당 제조사에서 제조하여 해당 수입사에서 수입한 제품과 관련된 품질경영시스템의 모든 요소가 포함됨. (3년간의 실적을 대상으로 하나 설계 등 특정요소는 그 이전 실적도 포함됨.)

#### 5. 심사 시, 지참 자료

- 품목허가서 최신본
- 3년 간의 수입 실적 (품목별, 형명별 수입량 및 수입 Lot 또는 Serial Nr)
- 3년 간의 고객불만 접수 및 처리 기록
- 최초심사 또는 전회 정기심사 이후 허가 변경 사항 등

#### 6. 통역(Interpreter)의 활용

- 원활한 심사 진행 및 이견에 대한 조정, 명확한 관찰, 보완사항의 전달을 위해
- 통역은 해당국가언어와 한국어 간의 통역이 요구됨 (대부분의 하위문서 및 기록류 등이 해당 국가언어로 작성됨)
- 통역능력은 전문용어의 이해를 포함함.
- 이를 위해 다음의 자료를 제공 시, 도움이 됨
- 용어의 정의가 포함된 심사기준(국영문병기)
- 제품 카다로그 및 제조사의 프리젠테이션
- 특정의료기기 분야의 전문용어 (예: 시약, 정형분야 등)
- 시작회의 시, MFDS(한국 식약처)의 안내자료 (통상, 심사 전달 제공)



## 7. 현장순회 (Site Tour)


- 현장순회의 범주는 심사대상과 관련된 활동이 이루어지는 모든 장소가 대상
- 통상, 원자재 입고장소- 수입검사실 - 원자재창고 - 공정 (흐름순서별) - 시험 및 검사실(미생물시험실 포함) - 수처리실 및 공조실 - 완제품 보관 - 출하 장소 등이다.
- 클린룸이 있는 경우, 거의 대부분 입실하여 순회한다. 이를 위하여 사전에 통보하고 준비가 필요할 수 있다. (입실절차 및 Gowning 등)
- 현장순회 시, 전 공정을 커버할 수 있는 안내자를 선임토록 요청
- 통상, 해당 부문별 추가적인 안내자가 대기
- 현장 순회 시, 심사에 필요한 정보를 취득하고 현장에서 평가할 요소들이 있으므로 현장 규모, 품목의 수, 작업의 복잡성에 따라 시간 차가 많다.
- 클린룸현장순회 동참하는 경우 노메이크업, 손청결, 액서사리, 바지복장 유의

## 8. 시작/종료 회의

- 회의 안건은 별첨
- 해외 제조소는 Job Description을 기초로 하여 책임과 권한이 명확하므로 가능한 각 분야의 책임자가 참석함이 원활한 심사 진행에 도움이 됨
- QA/RA, QC, 설계, 제조, 구매, 장비 및 환경관리, 교정, HA, 마케팅/영업 등
- 심사의 결과에 책임을 지고 동의 서명을 할 Management Representative를 필수적으로 참석하여야 함.
- 명확한 심사 결과 및 정확한 보완 내용의 전달을 위해 종료회의 이전, 심사팀 회의를 진행하고 통역에게 설명 (보완사항도 영문으로 작성함이 필요)



## 9. 신청첨부서류 이외에 도움이 되는 제조소의 자료

- 조직도 (Organization Chart)
  - 품질절차서 (SOP 또는 Procedure)와 심사대상제품과 관련된 Instruction에 대한 Master List
  - 심사 대상 제품에 대한 Device Master Record List
  - 세부 공정도 및 Floor Plan
- 

## 여정계획 Checklist

| 체크사항            | 비고                                                                             |                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 여권만료일           |                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| 비자만료일           | 중국, 미국, 인도                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| 예방접종여부          | 황열, 말라리아 ( <a href="http://travelinfo.cdc.go.kr">travelinfo.cdc.go.kr</a> ) 확인 | <input type="checkbox"/> |
| 여행자보험           | 통상 해당기관에서 처리                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| 실태조사통보서한        | 스위스 (식약처에서 처리)                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| 항공권 확정          | E-ticket 수령여부                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| 항공 경유           | Transfer 여유시간 (2시간이상 안정적 )<br>공항별 특성 고려                                        | <input type="checkbox"/> |
| 현지공항 도착 후 교통편   | 야간에 도착할 시, 사전에 이동수단 확보                                                         | <input type="checkbox"/> |
| 호텔예약 Confirm 상태 | 심사원, 감시원과 협의, 사전 또는 사후결재                                                       | <input type="checkbox"/> |
| 호텔 체크인 가능시간     | 일부 호텔 사전 도착시간 통보 필요                                                            | <input type="checkbox"/> |
| 호텔~제조사~공항       | 사전 예약 필요 (택시, 철도 등)                                                            | <input type="checkbox"/> |
|                 |                                                                                |                          |

### 1. 항공편

- 국적기 이용 우선 (식약처와 합동현장심사의 경우)
- 여정 상, 부득이한 경우, 외항사를 이용할 수 있음.
  - ✓ 자국적 항공기가 운항하지 않는 구간인 경우
  - ✓ 심사일정에 맞지 않는 경우
- 최적의 이동루트 선택하여 수입업체 직원과 품질심사기관 심사원은 수입업체에서 예약하고 항공여정표를 식약처 감시원에게 송부하면 GTR을 통해 예약

### 2. 호텔

- 가능한 USD116 이내로 예약
- Hotels.com, Argoda.com 활용, 제조사의 계약할인 호텔유무 확인
- 제조사와 근거리에 있는 호텔
- 금연, wifi가능, 조식제공 여부 확인
- 주위에 도보로 식당과 편의시설 활용 가능 여부 고려
- 항공스케줄을 고려 필요한 경우, 심사 종료 후 공항 인근 호텔로 이동

### 3. 이동수단

- 현지공항도착 후 호텔까지 교통수단
- 호텔에서 제조사까지 왕복 교통수단 (택시 이용 시, 호텔프런트에 사전요청)
- 심사종료 후, 공항까지 교통 수단
- 사전에 이동경로와 방법을 확인하고 필요 시, 예약 (철도, 버스, 장거리택시)
- 카렌트를 고려할 수 있는 경우

## 최적의 이동루트는 ?

### 사례1

인천공항 - 핀란드 헬싱키 - 핀란드 Tampere 내 호텔

철도이동 약 2시간, 육로이동 약 3시간

또는 육로 이동 핀란드 국내선 이동 (대기시간 포함 7시간)

### 사례2

인천공항 - LA LAX 공항 - 멕시코 Mexicali 내 호텔

LAX공항 - LA 그레이하운드 버스 이동 - Mexicali : 약 6시간

LAX공항 - 샌디에고공항 - 버스 이동 - Mexicali : 약 5시간 30분

LAX공항 - 멕시코시티공항 항공이동 - Mexicali : 대기시간 포함 약 14시간

✓ 여행사는 가장 가까운 공항으로의 항공편만 고려

✓ <http://www.rome2rio.com/> 참조

✓ Car Rent 를 고려해야 하는 경우는?

## 수입업체 참석자

### 역할

- ✓ 한국 내 수입업체의 대표
- ✓ 심사일정에 따른 항공 및 이동수단 확보
- ✓ 현지 제조사와 심사 Coordinator
- ✓ 심사 진행 시, 기술문서, 품목허가, 시험 등과 관련한 대응 및 정보제공
- ✓ 심사결과 및 보완사항에 대해 현지제조사와 Follow-up 등의 역할 수행
- ✓ 심사대상품목과 의료기기 제도에 대한 지식이 있는 자

### 참고사항

가능한 심사장소에 함께 동석하고 함께 이동한다.  
심사에 참여하되 제조사의 피심사자 또는 심사원의 역할을 하지 않는다.



# Audit Lay-out & Schedule

## 1. PURPOSE

- GMP Inspection for update the certificate of \*\*\*

## 2. SCOPE

- Applicant (Importer) :
- Manufacturer:
- Manufacturing Site:
- Medical Device
- GMP(ISO13485) & MFDS regulations Compliance

## 3. DURATION

- Aug. 17 2015. ~ Aug. 20. 2015

## 4. Auditor(s)

- MFDS :
- KTR :

| Time<br>from ~ to                    | Quality<br>Manual<br>/ISO 13485<br>clause No.                                                                                                                   | Object of the Audit                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The 1st day of audit (Aug. 17. 2015) |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                         |
| 09:00~10:00                          | Opening meeting<br>- Explaining the scope and procedure of the audit<br>- Confirming the audit areas and the detailed time-schedule<br>- Company introduce etc. |                                                                                                                                                                         |
| 10:00~12:00                          | Facility Tour<br>- Warehouse (material)<br>- Production area, QC Lab.<br>- Water treatment System, HVAC system .etc                                             |                                                                                                                                                                         |
| 12:00~13:00                          | Lunch                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                         |
| 13:00~16:30                          | cont.<br>6.1<br>6.3<br>5.0<br>8.2.3                                                                                                                             | Facility Tour<br>Provision of resource<br>Infrastructure<br>Management responsibility, Quality Planing,<br>Management Review<br>Monitoring and measurement of processes |
| 16:30~17:00                          | Audit team Meeting & Wrap-Up Meeting                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |



| Time<br>from ~ to                    | Quality<br>Manual<br>/ISO 13485<br>clause No. | Object of the Audit                                                                                                    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The 2nd day of audit (Aug. 18. 2015) |                                               |                                                                                                                        |
| 09:00~12:00                          | 4.0<br>8.2.2<br>6.2<br>6.4                    | Quality management system, Document & Record Control<br>Internal Audit<br>Human resources<br>Work environment          |
| 12:00~13:00                          | Lunch                                         |                                                                                                                        |
| 13:00~16:30                          | 7.1<br>7.3<br>7.4<br>7.6                      | Planning of product realization<br>Design and development<br>Purchasing<br>Control of momitoring and measuring devices |
| 16:30~17:00                          | Audit team Meeting & Wrap-Up Meeting          |                                                                                                                        |

| Time<br>(from ~ to)                  | Quality<br>Manual<br>/ISO 13485<br>clause No. | Object of the audit                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The 3rd day of audit (Aug. 19. 2015) |                                               |                                                                                                                                                                                                 |
| 09:00~12:00                          | 7.5.1<br>(7.5.1.2.1)<br>7.5.3<br>7.5.2        | Production and service provision control<br>Cleanliness of Product and Contamination Control<br>Identification and traceability<br>Validation of processes for production the service provision |
| 12:00~13:00                          | Lunch                                         |                                                                                                                                                                                                 |
| 13:00~16:00                          | 7.4.3<br>8.2.4<br>8.3<br>8.5<br>7.5.5         | Verification of Purchased Product<br>Monitoring and measurement of product<br>Control of nonconforming products<br>CAPA system of Deviation<br>Preservation of product                          |
| 16:30~17:00                          | Audit team Meeting & Wrap-Up Meeting          |                                                                                                                                                                                                 |



| Time<br>(from ~ to)                   | Quality<br>Manual<br>/ISO 13485<br>clause No. | Object of the audit                                                                                                |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The Last day of audit (Aug. 20. 2015) |                                               |                                                                                                                    |
| 09:00~12:00                           | 7.2<br>8.2.1<br>8.5<br>8.4                    | Customer-related processes<br>Feed-back<br>Complaint Handling, MDR<br>CAPA system of Complaint<br>Analysis of data |
| 12:00~13:00                           | Lunch                                         |                                                                                                                    |
| 13:00~15:00                           | Audit Reporting                               |                                                                                                                    |
| 15:00 ~                               | Audit closing Meeting                         |                                                                                                                    |

## 시작회의 의제

1. 환영에 대한 인사
2. 심사 시, 사용언어는 국제관례에 의해 심사기관인 한국어로 진행
3. 심사팀 소개
4. 제조사 참석자 소개 부탁
5. 심사개요(제조사 및 주소), 심사구분(최초 또는 정기)확인
6. 심사대상(적용 품목 및 형명 등), 심사범위(제외 요건) 확인
7. 심사 적용기준 (의료기기 제조 및 품질관리기준)
8. 요구사항별 평가 결과 (적합, 보완, 부적합, 적용제외 설명)
9. 심사 진행 방법
10. 심사스케줄 확인 및 변경의 필요성 파악
11. 현장순회 시 안내자 확인
12. 심사 시 취득한 정보에 대한 비밀유지 확인
13. 심사가 제한된 샘플에 근거하여 심사 진행함
14. 종료회의 시, 동의 서명권자 확인
15. MFDS 및 한국 의료기기 제도 소개 (프리젠테이션)
16. 제조사 및 제품 소개
17. 참석자 명단 서명 및 Q & A

## 종료회의 의제

1. 심사협조에 대한 인사
2. 심사개요(제조사 및 주소), 심사구분(최초 또는 정기) 재확인
3. 심사대상(적용 품목 및 형명 등), 심사범위(제외 요건) 재확인
4. 보완요구사항 및 권고사항 발표
5. 심사 총평 및 최종심사 결과 판정
6. 심사결과에 대한 이의 또는 질문에 대한 답변
7. 심사결과보고서 설명 및 동의 서명을 받음.
8. 심사결과에 대한 후속조치 설명 (보완기한, 보완제출방법 등)
9. 심사가 적합한 경우 인정서 발급 과정 및 유효기간 설명
10. 인정 후, 정기심사에 대한 설명
11. 샘플링에 근거한 심사임을 설명
12. 비밀준수 재확인
13. Q & A
14. 감사인사 및 철수



# 심사경로 및 평가내용

Global Trustworthy Partner

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 심사경로 1                   | <b>품질방침 ▶ 품질목표 ▶ 경영검토</b><br><b>▶ 프로세스모니터링</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5.경영책임<br>8.2.3 프로세스모니터링 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Organization</li> <li>▶ Management Representative</li> <li>▶ Quality Policy</li> <li>▶ Quality Objectives/ KPI</li> <li>▶ Quality Management System structure</li> <li>▶ Responsibility and Authority</li> <li>▶ Management Review Report</li> <li>▶ 관련 SOP</li> </ul> |
| 심사경로 2                   | <b>품질경영시스템 ▶ 문서화요구사항 ▶ 문서관리</b><br><b>▶ 기록관리</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4. 품질경영시스템               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Quality Manual</li> <li>▶ QM System Scope &amp; Structure</li> <li>▶ Document History Control Record</li> <li>▶ Change Management Record</li> <li>▶ Document Review, Approved, Release</li> <li>▶ Record Retention Time</li> <li>▶ 관련 SOP</li> </ul>                   |

| 심사경로 3   | 작업환경                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.4 작업환경 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Work Env. Criteria</li> <li>▶ Cleanroom Validation Report</li> <li>▶ Periodic Env. Monitoring Records (Particle, Microbial, Temp/Hum, Diff. Pressure 등)</li> <li>▶ 관련 SOP</li> </ul> |

| 심사경로 4   | ▶교육훈련 ▶ 자격검증                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.2 인적자원 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Job Description</li> <li>▶ Training Record</li> <li>▶ Qualification Matrix &amp; Record (Operator, Inspector, Internal Calibrator QA Manager, Internal Auditor 등)</li> <li>▶ 관련 SOP</li> </ul> |



## 심사경로 5

## 설계 및 개발 ▶ 위험관리 ▶ DMR (제품표준)

7.1 제품실현의 기획  
7.2 고객 관련 프로세스  
7.3 설계 및 개발

- ▶ Design History File
- ▶ Risk Management Report
- ▶ FMEA Report
- ▶ Design Change Records
- ▶ Device Master Record (DMR)
- ▶ Customer Survey, Clinical F/up
- ▶ 관련 SOP

## 심사경로 6

## 구매 ▶ 공급자평가 ▶ 원재료표준 ▶ 수입검사

7.4 구매

- ▶ Supplier List
- ▶ Supplier Evaluation Records
- ▶ Supplier Monitoring 및 Re-evaluation
- ▶ Raw Material Spec.
- ▶ Incoming Inspection Record
- ▶ 관련 SOP

| 심사경로 7             | 기반시설                                                                                                                                                       |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.3 Infrastructure | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Product Equipment Qualification Records (공정밸리데이션과 연계)</li> <li>▶ Preventive Check &amp; Repair Records</li> </ul> |

| 심사경로 8              | 모니터링 및 측정 장비의 관리                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.6 모니터링 및 측정장비의 관리 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 환경측정용계측기<br/>공정패러미터모니터링계측기<br/>제품 안전 및 성능측정장비 등</li> <li>▶ Cal. Schedule ▶ Cal. History ▶ Labeling</li> <li>▶ Internal Cal. (Standard /Traceability, Cal. Env. / Cal. Instruction 등)</li> <li>▶ 관련 SOP</li> </ul> |

## 심사경로 9

공정밸리데이션 ▶ 생산/공정관리 ▶ 검사/시험  
▶ 식별/추적성 ▶ 부적합품관리 ▶ 데이터분석

7.5 생산 및 서비스제공  
8.2.4 제품모니터링/측정

- Master Validation Plan
- Process Validation Protocol & Report
- Sterilization Validation Report
- Cleaning Process Validation Report
- Work Instruction
- Device History Record (DHR) Review (from Work Order to Final Release)
- Nonconformity 및 Rework Records
- CAPA Records of Deviation
- 제품식별상태
- 제품취급, 보관, 인도상태 및 기
- 통계적 데이터 분석 (공정능력분석, 불량요인분석 등)
- 관련 SOP



| 심사경로 10                                                  | ▶ 내부감사 ▶ 판매 후 활동                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.2.1 피드백<br>8.2.2 내부감사<br>8.5 고객불만<br>시정예방조치<br>부작용보고 등 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Audit Plan</li><li>• Internal Audit Report</li><li>• Complaint Handling Records</li><li>• CAPA of Customer Complaint</li><li>• Customer Feedback analysis</li><li>• Medical Device Reporting</li><li>• 관련 SOP</li></ul> |





감사합니다

