Sea-Bird Electronics, Inc.

13431 NE 20th Street, Bellevue, WA 98005-2010 USA

Phone: (+1) 425-643-9866 Fax (+1) 425-643-9954 Email: seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 1971
CALIBRATION DATE: 04-Jun-01

SBE 37 RTC CALIBRATION DATA
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

COEFFICIENTS:

rtca0 = 9.999698e-001
rtca1 = 1.818817e-006
rtca2 = -2.914443e-008

BATH TEMP (ITS-90)	RTC FREQ (Hz)	COMPUTED FREQ (Hz)	RESIDUAL (PPM)
1.0000	0.9999720	0.9999716	-0.4
4.4999	0.9999770	0.9999774	0.4
14.9999	0.9999900	0.9999906	0.6
18.4999	0.9999940	0.9999935	-0.5
23.9999	0.9999970	0.9999967	-0.3
29.0001	0.9999980	0.9999981	0.1
32.5000	0.9999980	0.9999982	0.2

RTC frequency = rtca0 + rtca1 * t + rtca2 * t^2

Residual = (Computed RTC frequency - Measured RTC frequency) * 1e6