Sea-Bird Electronics, Inc.

13431 NE 20th Street, Bellevue, WA 98005-2010 USA

Phone: (+1) 425-643-9866 Fax (+1) 425-643-9954 Email: seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 1624
CALIBRATION DATE: 09-Aug-00

SBE 37 RTC CALIBRATION DATA
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

COEFFICIENTS:

rtca0 = 9.999759e-001
rtca1 = 1.826064e-006
rtca2 = -3.147270e-008

BATH TEMP (ITS-90)	RTC FREQ (Hz)	COMPUTED FREQ (Hz)	RESIDUAL (PPM)
1.0002	0.9999780	0.9999777	-0.3
4.4998	0.9999830	0.9999834	0.4
15.0000	0.9999960	0.9999962	0.2
18.5001	0.9999990	0.9999989	-0.1
24.0000	1.0000020	1.0000016	-0.4
29.0003	1.0000020	1.0000023	0.3
32.5002	1.0000020	1.0000020	-0.0

RTC frequency = rtca0 + rtca1 * t + rtca2 * t^2

Residual = (Computed RTC frequency - Measured RTC frequency) * 1e6