


Отчёт по карте спектров

substrate3(Ag_25_СТАВ_2,5_day2)_R6G(1e-7).zip · интервал 580–650 см-1 · 15.07.2026, 21:33:36



Статистические показатели

Средняя интенсивность (μ)	64 169 отн. ед.
Стандартное отклонение (σ)	8 695 отн. ед.
Отн. стандартное отклонение (Sr)	13.5 %
Обработано точек / файлов	100 / 100

Вердикт: ОТЛИЧНО

Матрица полезной интенсивности (10 × 10)

Y \ X	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900
0	64 492	61 932	59 983	52 515	58 641	62 961	63 589	59 857	47 036	56 910
100	50 762	57 582	61 078	67 520	65 543	64 626	69 611	63 574	68 390	67 542
200	56 031	62 574	65 911	52 257	41 014	74 061	72 592	74 510	71 953	69 638
300	59 481	64 474	72 919	58 226	71 328	69 217	74 795	73 420	51 394	62 140
400	32 684	71 758	74 051	74 375	70 898	60 553	60 704	36 200	56 031	67 438
500	66 531	71 800	72 666	70 178	71 137	65 150	64 661	54 575	46 999	74 877
600	54 575	69 779	66 097	72 048	72 709	73 570	74 156	71 031	62 721	71 393
700	57 266	63 235	56 114	66 827	68 932	50 004	72 027	71 492	73 446	72 375
800	57 822	63 422	62 890	64 993	58 398	68 176	47 671	70 381	71 412	69 600
900	57 880	69 247	60 284	63 583	68 653	67 311	52 589	72 841	72 915	71 675