CBS data transmission protocol

1 For example CBS 500， K/Na/Cl/Ca/PH/CO2/AG, transmission cable is serial direct line 2-2,3-3,5-5，pls ensure correct connect。

After Sample test the result will send by serial port，the serial config： baud rate 9600，NONE parity bit，8 data bits，1 stop bit。

Before every test machine will send minuscule r 。means behind is transmission result。
The transmission data format： r+ Sample ID（15bit）+K（6bit）+Na（6bit）+Cl（6bit）+ica（6bit）+nca（6bit）+Tca（6bit）+PH（6bit）+CO2（6bit）+AG（6bit）

For example，if the serial debug assistant received data is：

r408 1.95 118.1 81.4 0.79 0.68 1.36 7.09 07.25 29.47

that means Sample ID is 408，K=1.95，Na=118.1，Cl=81.4，ica=0.79，nca=0.68，Tca=1.36，PH=7.09，CO2=07.25，AG=29.47.

the data detail explain is：

ID： 4 0 8 (then is 17 bit blank close)

K： blank blank 1 decimal point 9 5 (XXX.XX)

Na： blank 1 1 8 decimal point 1 (XXXX.X)

Cl： blank blank 8 1 decimal point 4 (XXXX.X)

Ica： blank blank 0 decimal point 7 9 (XXX.XX)

nca: blank blank 0 decimal point 6 8 (XXX.XX)

Tca： blank blank 1 decimal point 3 6 (XXX.XX)

PH： blank blank 7 decimal point 0 9 (XXX.XX)

CO2： blank 0 7 decimal point 2 5 (XXX.XX)

AG： blank 2 9 decimal point 4 7 (XXX.XX)

2 when select parameter。The parameter which already off will replace by six．the detail as below：

r407 1.69 106.8 …… 0.63 0.56 1.11 7.14 07.09 ……

that means this test not select Cl and AG