



Patient:	####, ####	Überweisender Arzt:	####
Geburtsdatum:	####	Alter:	####
Größe:	####	Gewicht:	####
Geschl.:	####	Ethnische Herkunft:	####
		Patientenkennung:	####
		Gemessen:	#### #### (18 [SP 5])
		Analysiert:	#### #### (18 [SP 5])

KNOCHENGESUNDHEITSBERICHT

5 Detaillierte Wirbelsäulenergebnisse

Bereich	TBS		BMD		
	TBS	Z-Wert	Bereich	BMD (g/cm ²)	T-Wert
L1	1,191	-	T12	1,185	-
L2	1,314	-	L1	1,185	0,5
L3	1,292	-	L2	1,303	0,9
L4	1,220	-	L3	1,388	1,6
L1-L2	1,252	-0,1	L4	1,409	1,7
L1-L3	1,266	-0,3	L1-L2	1,246	0,7
L1-L4	1,254	-0,7	L1-L3	1,295	1,0
L2-L3	1,303	-0,4	L1-L4	1,326	1,2
L2-L4	1,275	-0,7	L2-L3	1,347	1,2
L3-L4	1,256	-1,1	L2-L4	1,368	1,4
L1-L3 (L2)	1,241	-0,5	L3-L4	1,399	1,7
L1-L4 (L2)	1,234	-0,8	L1-L3 (L2)	1,291	1,1
L1-L4 (L2,L3)	1,206	-0,8	L1-L4 (L2)	1,333	1,4
L1-L4 (L3)	1,242	-0,7	L1-L4 (L2,L3)	1,304	1,2
L2-L4 (L3)	1,267	-0,7	L1-L4 (L3)	1,304	1,1
			L2-L4 (L3)	1,359	1,3

6 Schlussfolgerung

Der TBS der Lendenwirbelsäule beträgt 1,254, was auf eine teilweise abgebaute Mikrostruktur im Vergleich zur Referenzpopulation hinweist.

Die assoziierten BMD- und TBS-Werte des Patienten deuten auf eine Mäßig-Resilienz gegen Frakturen hin.

Darüber hinaus positioniert der minimale BMD-T-Score (entweder angepasst oder nicht für TBS) den Patienten in den Normal-Kategorieäquivalent.

Die FRAX-Ergebnisse des Patienten sollten im Hinblick auf die in den nationalen medizinischen Leitlinien festgelegten Eingriffsschwellen interpretiert werden.

Die endgültige Entscheidung über diagnostische oder therapeutische Empfehlungen sollte die BMD, den TBS und die zusätzlichen klinischen Risikofaktoren sowie den klinischen Kontext des Patienten einschließen.

7 Anmerkungen & Referenzen

TBS-Version: 3.1.0

- 1 Consensus Development Conference, Am J Med 94, 646-650 (1994)
- 2 Adaptiert von J. Bone Miner. Res. 26, 2762-2769 (2011)
- 3 Adaptiert von Osteoporosis Int. 29, 751-758 (2018)

Laut Statistik sind 68% der Folge-Scans im Bereich von 15A ($\pm 0,010$ g/cm² für AP-Wirbelsäule L1-L4 BMD); Deutschland (Alter 20-40) AP-Wirbelsäule; Female Referenzbevölkerung (v113); Deutschland (Alter 20-40) Femur; Female Referenzbevölkerung (v113); Weltgesundheitsorganisation: Definition von Osteoporose und Osteopenie für hellhäutige Frauen: Normal = T-score größer gleich -1,0 SD; Osteopenie = T-score zwischen -1,0 und -2,5 SD; Osteoporose = T-score kleiner gleich -2,5 SD; (die Definitionen der WHO können nur angewendet werden, wenn eine Datenbank von jungen, gesunden und hellhäutigen Frauen existiert, mit der T-Scores ermittelt werden können.; FRAX Version 4.1; Die Frakturwahrscheinlichkeit in einem Zeitraum von 10 Jahren ist möglicherweise geringer, wenn der Patient behandelt wurde; Größere osteoporotische Fraktur: Klinische Wirbelsäule, Unterarm, Hüfte oder Schulter; Die TBS wird von der Textur des DXA-Bildes abgeleitet und steht nachweislich im Zusammenhang mit der Knochenmikroarchitektur und dem Risiko von Knochenbrüchen.; Diese Daten liefern Informationen unabhängig vom BMD-Wert; sie werden als Ergänzung zu den Daten aus der DXA-Analyse und der klinischen Untersuchung verwendet; TBS Z-Wert Bezugsgruppe der Bevölkerung: European (Medimaps) - Weiß; Das TBS Z-Wert kann den Arzt bei der Beurteilung des Frakturrisikos und bei der Überwachung der Auswirkungen von Behandlungen auf die Patienten im Laufe der Zeit unterstützen.; Das Gesamtfrakturrisiko hängt von vielen zusätzlichen Faktoren ab, welche vor der Abgabe diagnostischer oder therapeutischer Empfehlungen berücksichtigt werden sollten.; Die Software diagnostiziert keine Krankheiten und empfiehlt keine Behandlungsmethoden. Nur der Mediziner kann diese Entscheidungen treffen.; TBS-Version 3.1.0; vor der Annahme dieses Berichts wird der Benutzer dafür verantwortlich gemacht, dass die DXA-Untersuchung durchgeführt wurde: 1) durch das Osteodensitometer GE Lunar Prodigy (####); 2) nach der letzten TBS-Kalibrierung: ####

Erstellungsdatum: #### 18 [SP 6]; Dateiname: ####; AP-Wirbelsäule; 76,3,00:50,03:12,0 0,00:9,54 0,60x1,05 22,3;%Fett=28,4%; 0,00:0,00 0,00:0,00; Scanmodus: Standard; 37,0 µGy; 1,23 cGy*cm²; Linker Femur; 76,3,00:50,03:12,0 0,00:10,74 0,60x1,05 18,1;%Fett=27,6%; 0,00:0,00 0,00:0,00; Halswinkel (deg)= 54; Scanmodus: Standard; 37,0 µGy; 0,75 cGy*cm²; Rechter Femur; 76,3,00:50,03:12,0 0,00:11,22 0,60x1,05 18,1;%Fett=28,0%; 0,00:0,00 0,00:0,00; Halswinkel (deg)= 55; Scanmodus: Standard; 37,0 µGy; 0,75 cGy*cm²;