

<b>FECHA:</b>	22/06/15
---------------	----------

**DATOS DEL CLIENTE:**

<b>Nombre:</b>	REPRESENTACIONES HIDROCENTRO CIA. LTDA.
<b>Dirección:</b>	PASAJE N27A OE5-136 Y MARTIN UTRERAS
<b>Representante:</b>	ING. PABLO VALLEJO
<b>Teléfonos:</b>	+593-2-2366166

**DATOS DE LOS MEDIDORES:**

<b>Fecha recepción medidor:</b>	28/06/15	<b>Medidor en servicio (Si/No)</b>	NO
<b>Fabricante:</b>	HIDROMETERS	<b>Modelo:</b>	MULTIMAG
<b>Número de serie:</b>	14005998	<b>Diámetro:</b>	15mm
<b>Clase:</b>	B	<b>Qn (<math>m^3/h</math>):</b>	1,5
<b>MUG (litros):</b>	0,05	<b>Qmax (<math>m^3/h</math>):</b>	3

**RESULTADOS:**

<b>RESULTADOS</b>	<b>Qmax</b>	<b>Qn</b>	<b>Qt</b>	<b>Qmin</b>
<b>Caudal (l/h)</b>	3000	1500	120	30
<b>Error 1 (%)</b>	0,09	0,26	0,69	0,40