주식회사 한국표준원
Korea Institute of Standards
경기도 시흥시 소망공원로 323, 809호
TEL : 1522-9350, FAX : 070-8677-9350

교 정 성 적 서
CALIBRATION CERTIFICATION

성적서번호 : K10642513-01
(Certificate No.)

1. 의 뢰 자 (Client)

기 관 명 (Name) : (주)디엑스지

주 소 (Address) : 경기도 광주시 회안대로 102-8 (매산동)

2. 측 정 기 (Calibration Subject)

기 기 명 (Description) : 온도센서

제작회사 및 형식 (Manufacturer & Model Name) : DXG, XTT-100

기기번호 (Serial Number) : XTT-100-984

3. 교정일자 (Date of Calibration) : 2025년 11월 11일

4. 교정환경 (Enviroment)

온 도 (Temperature) : (23.3 ± 0.3) ℃ 습 도 (Humidity) : (40 ± 2) % R.H.

교정장소 (location) : ■ 고정표준실 (Permanent Cal. Lab.) □ 이동교정 (Mobile Lab.) □ 현장교정 (On Site Cal.)

(경기도 시흥시 소망공원로 323 보성스퀘어원지식산업센터 809호)

5. 측정표준의 소급성 (Traceability)

교정방법 및 소급성 서술 (Calibration method and/or brief description)

상기 기기는 온도 변환기의 교정절차(KIS-TM50107)에 따라 국가측정표준기관으로부터 측정의 소급성이 확보된 아래의 표준장비를 이용하여 교정되었습니다.

교정에 사용된 표준장비 명세 (List of Used standards / specification)

기기명 Description	제작회사 및 형식 Manufacturer & Model	기기번호 Serial number	차기교정예정일자 Due date of cal.	교정기관 Calibration Lab.
SPRT	ACCUMAC, AM1860-25	1620725	2026. 01. 26.	교정기술원㈜
Super-Thermometer	FLUKE, 1594A	B25123	2026. 11. 12.	한국계측기기연구조합
HIGHT PRECISION BATH	FLUKE, 7381	B25340	2026. 04. 30.	주식회사 한국표준원
HIGHT PRECISION BATH	HART SCIENTIFIC, 7320	A51269	2026. 05. 01.	주식회사 한국표준원
HIGHT PRECISION BATH	FLUKE, 6331	B25408	2026. 05. 02.	주식회사 한국표준원

6. 교정결과 (Calibration Result) : 교정결과 참조 (Refer to attachment)

7. 측정불확도 (Measurement Uncertainty) : 교정결과 참조 (Refer to attachment)

신뢰수준 약 95 %, k =2 (Confidence level about 95 %, k =2)

확인 (Affirmation)

작성자 (Measurements pertormed by)
성명 (Name) 안중길

승인자 (Approved by)
직위 (Title) 기술책임자 (정)
성명 (Name) 나종익

위 성적서는 국제시험기관인정협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협력(Mutual Recgnition Arragement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로 부터 공인받은 교정결과 입니다.

(The above calibration certificate is the accredited calibration items by Korea Laboratory Accreditation Scheme. Which signed the ILAC-MRA.)

한국인정기구 인정
Accredited by KOLAS, Republic of KOREA

2025년 11월 11일

주식회사 한국표준원 대표이사
Korea Institute of Standards Co., LTD

㈜ 이 성적서는 측정기의 정밀정확도에 영향을 미치는 요소(과부하, 온도, 습도 등)의 급격한 변화가 발생한 경우에는 무효가 됩니다.
(Note) If any significant instability or other adverse factor(overload, temperature, humidity etc.) manifests ifself before, during or after calibration and is likey to affect the validity ro the calibration.

※ 성적서 진위여부 확인 : 당사 홈페이지 참조

KIS-QP17-F01

주식회사 한국표준원
Korea Institute of Standards
경기도 시흥시 소망공원로 323, 809호
TEL : 1522-9350, FAX : 070-8677-9350

교 정 결 과
CERTIFICATION RESULT

성적서번호 : K10642513-01
(Certificate No.)

기 기 명 (Description) : 온도센서
제작회사 및 형식 (Manufacturer & Model Name) : DXG, XTT-100
기기번호 (Serial Number) : XTT-100-984

1. 온도 교정결과

설정온도	기준온도	출력값	기준함수로 계산된 온도	보정값 (기준온도 - 지시온도)	측정불확도 (신뢰수준 약 95 %, k=2)
- 40.0 ℃	- 40.0 ℃	3.912 mA	- 40.8 ℃	0.8 ℃	1.0 ℃
50.0 ℃	50.0 ℃	14.187 mA	49.1 ℃	0.9 ℃	
100.0 ℃	100.0 ℃	19.913 mA	99.2 ℃	0.8 ℃	

* sensor type : PT100
* 온도 영역 : (-40 ~ 100) ℃
* 명목 출력 전류 : (4 ~ 20) mA
* 기준 함수 : t (℃) = -35 + 8.75 × I [mA] 끝.

KIS-QP17-F02