주식회사 한국표준원
Korea Institute of Standards
경기도 시흥시 소망공원로 323, 809호
TEL : 1522-9350, FAX : 070-8677-9350

교 정 성 적 서
CALIBRATION CERTIFICATION

성적서번호 : K05612513-04
(Certificate No.)

1. 의 뢰 자 (Client)

기 관 명 (Name) : (주)디엑스지

주 소 (Address) : 경기도 광주시 회안대로 102-8 (매산동)

2. 측 정 기 (Calibration Subject)

기 기 명 (Description) : Pressure transmitter

제작회사 및 형식 (Manufacturer & Model Name) : DXG, (0 ~ 500) mmH_2O

기기번호 (Serial Number) : XTP-WP-001

3. 교정일자 (Date of Calibration) : 2025년 06월 10일

4. 교정환경 (Enviroment)

온 도 (Temperature) : (20.3 ± 0.1) ℃ 습 도 (Humidity) : (45 ± 1) % R.H.

교정장소 (location) : ■ 고정표준실 (Permanent Cal. Lab.) □ 이동교정 (Mobile Lab.) □ 현장교정 (On Site Cal.)
(경기도 시흥시 소망공원로 323, 809호)

5. 측정표준의 소급성 (Traceability)

교정방법 및 소급성 서술 (Calibration method and/or brief description)

상기 기기는 압력 변환기/전송기의 교정절차 (KIS-TM20412)에 따라 국가측정표준기관으로부터 측정의 소급성이 확보된 아래의 표준장비를 이용하여 교정되었습니다.

교정에 사용된 표준장비 명세 (List of Used standards / specification)

기기명 Description	제작회사 및 형식 Manufacturer & Model	기기번호 Serial number	차기교정예정일자 Due date of cal.	교정기관 Calibration Lab.
Pressure Controller/Calbrator	FLUKE, PPC4EX 100K	8127	2026. 05. 23.	PDK CO.,LTD
Digital Multimeter	KEITHLEY, 2000	0775780	2026. 05. 09.	KIC co.,Ltd.

6. 교정결과 (Calibration Result) : 교정결과 참조 (Refer to attachment)

7. 측정불확도 (Measurement Uncertainty) : 교정결과 참조 (Refer to attachment)
신뢰수준 약 95 %, k =2 (Confidence level about 95 %, k =2)

확인
(Affirmation)

작성자 (Measurements performed by)
성명 (Name) 차민규

승인자 (Approved by)
직위 (Title) 기술책임자 (정)
성명 (Name) 고민철

위 성적서는 국제시험기관인정협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협력(Mutual Recgnition Arragement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로 부터 공인받은 교정결과 입니다.
(The above calibration certificate is the accredited calibration items by Korea Laboratory Accreditation Scheme. Which signed the ILAC-MRA.)

2025년 12월 03일

주식회사 한국표준원 대표이사
Korea Institute of Standards Co., LTD

㈜ 이 성적서는 측정기의 정밀정확도에 영향을 미치는 요소(과부하, 온도, 습도 등)의 급격한 변화가 발생한 경우에는 무효가 됩니다.
(Note) If any significant instability or other adverse factor(overload, temperature, humidity etc.) manifests ifself before, during or after calibration and is likey to affect the validity ro the calibration.

※ 성적서 진위여부 확인 : 당사 홈페이지 참조

주식회사 한국표준원
Korea Institute of Standards
경기도 시흥시 소망공원로 323, 809호
TEL : 1522-9350, FAX : 070-8677-9350

교 정 결 과

CERTIFICATION RESULT

성적서번호 : K05612513-04
(Certificate No.)

기 기 명 (Description) : Pressure transmitter
제작회사 및 형식 (Manufacturer & Model Name) : DXG, (0 ~ 500) mmH_2O
기기번호 (Serial Number) : XTP-WP-001

1. 교정결과

측정점 번호	기준기의 값	교정대상기기의 값				
	압력	평균값		보정값	보정값적용(1) 측정불확도(k=2)	보정값미적용(2) 편차구간(정확도)
		$P_{cal} = (S^{-1} \times (M_i - O_{min})) + I_{min}$ I_{min} = 0.000 kPa , O_{min} = 4 mA S^{-1} = 0.306 538 kPa/mA				
		M_i	P_{cal}			
	kPa	mA	kPa	kPa	kPa	kPa
1	0.000	3.998	-0.001	0.001	0.017	0.018
2	0.981	7.213	0.985	-0.004	0.019	0.023
3	1.962	10.384	1.957	0.005	0.023	0.028
4	2.943	13.585	2.938	0.005	0.027	0.032
5	3.923	16.805	3.925	-0.002	0.031	0.033
6	4.904	19.999	4.904	0.000	0.035	0.035

#. 1 kPa = 101.972 mmH_2O.
#. 상기기기는 출력 (4 ~ 20) mA를 측정한 결과 임.
비고. 각 측정점에서 본 압력계가 갖는 불확도는 보정값을 적용한 경우 약 95% 확률로 위의 교정결과란의 (1)과 같고 지시값을 보정없이 사용할 경우 동일한 확률로 불확도는 (2)와 같다. 끝.