

检 验 报 告
Certificate of Analysis

No. COA20250228017

产品名称 Product Name	清洗液 ESR Solution Reagent	REF	105-026689-00
批号 Lot No.	2025022651	型号 Model of the Reagent	ESR CLEANSER
物料编码 Material Code	105-026689-00	包装规格 Package Size	1 L×4
生产日期 Manufacture Date	2025-02-26	有效期 Expiry date	2027-02-25
标准依据 Standard basis	产品检验规范 Specification for Product Inspection		

检测项目 Subjects	接受标准 Accept criteria	检测结果 Results	结果判定 Conclusion
1、外观性状 Appearance			
外观 Appearance	应为澄清液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物； Clear liquid, with no sediment, no particle, and no floccule.	符合标准/Qualified	符合/Pass
2、装量 Volume			
装量(净含量) Volume(Net content)	≥1L	1 L	符合/Pass
3、性能 Performance			
pH值 pH Value	9.55±0.20 (25℃±1℃)	9.64 (24.9℃)	符合/Pass
空白计数(空白值) Background(Blank value)	ESR≤1.0mm/h	ESR:0.0 mm/h	符合/Pass

结论
Summary 合格/PASS

备注
Remarks

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO.,LTD.
地址：深圳市南山区高新技术产业园科技南十二路迈瑞大厦 邮编：518057 电话：0755-8188 8998 传真：0755-26582680
Address: Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park,Nanshan, Shenzhen, 518057, P.R. China
Tel: +86 755 8188 8998 Fax: +86 755 26582680 Website: www.mindray.com



检验：
Analysis

日期：
Date

韦晓露Wei Xiaolu
2025-02-28

批准（检验工程师）：
Approved by(Quality Engineer)

日期：
Date

郭小夕Guo Xiaoxi
2025-02-28

