

## 检验报告 Certificate of Analysis

No. COA20250112029

肌酸激酶MB型同工酶(CK-MB)测定试剂盒(免疫 产品名称

抑制法) **Product Name** 

Creatine Kinase-MB Kit (IFCC Method)

批号

142625001 Lot No.

物料编码

105-000870-00 **Material Code** 

生产日期

Manufacture N/A

Date 标准依据

型号

Model of the Reagent

包装规格

Package Size

 $R1:4 \times 38 \text{ mL} + R2:2 \times 20 \text{ mL}$ 

有效期

**Expiry date** 

2026-04-07

N/A

N/A

产品检验规范 Specification for Product Inspection Standard basis

检测项目	 接受标准	检测结果	结果判定
Subjects 1、外观性状 Appearance	Accept criteria	Results	Conclusion
外包装检验 Outer packaging inspection	试剂外包装完整,标识清晰,密封良好,无破裂现象。 试剂瓶液体无渗漏,标签完好清晰,是无标签脱落、污损现象,批号、效期信息完整。 The reagent package is complete, clearly marked, well sealed, and free from cracking.	渗漏,标签完好清晰,是无标签脱	符合/Pass
外观物理性状 Appearance	清澈透明的液体,无沉淀、悬浮物和絮状物。 Clear liquid without deposition and floccule.	清澈透明的液体,无沉淀、悬浮物和絮状物。 Clear liquid without deposition and floccule.	符合/Pass
2、装量 Volume			
净含量	R2≥20mL	21.65 mL	符合/Pass
Volume	R1≥38mL	39.25 mL	

## 3、性能 ${\tt Performance}$

## 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD. 地址: 深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞大厦 邮编: 518057 电话: 0755-8188 8998 传真: 0755-26582680 Adress: Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park, Nanshan, Shenzhen, 518057, P. R. China Tel: +86 755 8188 8998 Fax: +86 755 26582680 Website: www.mindray.com





符合/Pass

测定校准品,测定结果与靶值的相对偏差在±1

0.0% 以内。

The bias of calibrator testing should

be within  $\pm 10.0\%$ .

Calibrator: -1.4%

Control(level 1) :41.6 U/L

测定质控血清, 测定结果在靶值范围内。

靶值范围/target range: 43.8(33.9~53.7)

准确度 U/L

Accuracy Testing results of Quality control

should be within target range.

测定质控血清, 测定结果在靶值范围内。 靶值范围/target range: 97.8(75.9~119.7)

U/L

Control(level 2):95.9 U/L

Testing results of Quality control should be within target range.

吸光度变化率 ≥0.0020 A/min (25U/L)。

分析灵敏度

Analysis of Change of absorbance  $\triangle A \ge 0.0020$  A/min Sensitivity

(25U/L)

0.0026 A/min 符合/Pass

空白吸光度

试剂空白吸光度<0.5 A。

Reagent blank absorbance should be < 0. 0.1 A Blank

Absorbance 5 A 符合/Pass

空白吸光度变化率 空白吸光度变化率<0.0010A/min

Absorbance Rate Reagent blank absorbance < 0.0010 A/min

0.0001 A/min

符合/Pass

试剂盒在(5~600) U/L范围内, 其回归系数r

样本浓度≤105 U/L时,线性绝对偏差≤±10.5 U/L;样本浓度>105 U/L时,线性相对偏差≤±

10.0%。

线性范围 In the range of 5~600 U/L, the linear

Linearity Range correlation coefficient  $r \ge 0.9900$ .

The absolute deviation should be  $\leq \pm 1$ 0.5 U/L(analyte concentrate ≤105 U/ L); the relative deviation should be  $\leq$ 

 $\pm 10.0\%$  (analyte concentrate >105 U/L )

相关系数R:0.9998;相对偏差/

Relative deviation: Max:1.0

2%, Min:-1.81%

符合/Pass

重复性

批内变异系数 CV≤ 4.0%。


Precision Within-run imprecision CV≤4.0% Within-run

SD:0.7;CV:1.7%

符合/Pass

结论 Summary

合格/PASS



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD. 地址: 深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞大厦 邮编: 518057 电话: 0755-8188 8998 传真: 0755-26582680 Adress: Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park, Nanshan, Shenzhen, 518057, P. R. China Tel: +86 755 8188 8998 Fax: +86 755 26582680 Website: www.mindray.com





备注 Remarks

日期:

Date

检验: 黄振腾Huang Analysis

Zhenteng

2025-01-12

苏, 振 Huang Zhenteng

日期: Date

2025-01-12

## 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

深州ルビ琉主和医打电子取び自転公司 SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD. 地址: 深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路辺瑞大厦 邮編: 518057 电话: 0755-8188 8998 传真: 0755-26582680 Adress: Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park, Nanshan, Shenzhen, 518057, P. R. China Tel: +86 755 8188 8998 Fax: +86 755 26582680 Website: www.mindray.com

