

检验报告 Certificate of Analysis

No. COA20241204014

乙型肝炎病毒核心抗体(Anti-HBc)测定试剂盒(

产品名称 化学发光免疫分析法)

N/A **Product Name** Antibody to Hepatitis B Core Antigen(

CLIA) 批号

2024070131 N/A Lot No. Model of the Reagent

物料编码 包装规格

105-004233-00 2×50 tests **Material Code** Package Size

生产日期

Manufacture 2026-05-13 2024-11-14 **Expiry date**

Date

标准依据 产品检验规范 Specification for Product Inspection Standard basis

..... 检测项目 接受标准 检测结果 结果判定 Subjects **Accept criteria** Results **Conclusion** 1、外观性状 Appearance 试剂盒各组分齐全、完整、液体无渗漏; 包装标签清晰、无破损; Ra组分为棕色含固体微粒的液体; Rb、Rc、Rd组分为清澈透明的液体 Reagent Componets are complete, no 外观和性状 符合标准/Qualified 符合/Pass leakage. Labels are clear and well-Appearance stamped. Ra is composed of brown liquid containing solid particles. Rb, Rc and Rd are composed of clear and transparent liquid. 2、装量 Volume Rd≥2.0mL 2.2 mL 装量 $Rc \ge 2.8 mL$ 符合/Pass 3.0 mL Volume $Rb \ge 3.5 mL$ 3.8 mL

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD. 地址: 深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞大厦 邮编: 518057 电话: 0755-8188 8998 传真: 0755-26582680 Adress: Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park, Nanshan, Shenzhen, 518057, P. R. China Tel: +86 755 8188 8998 Fax: +86 755 26582680 Website: www.mindray.com





Ra≥3.8mL 4.0 mL

3、性能 Performance

最低检出限≤0.6 PEI U/mL 最低检出限

The minimum detection is≤0.6 PEI U/ 0.2 PEI U/mL 符合/Pass Minimum

detectability

1#最低检出量(稀释度)应不小于1:128

Analysis Sensitivity Reference 1#:>1:128

Material: 1# ≥1:128

灵敏度参考品

2#最低检出量(稀释度)应不小于1:128 Analysis

Sensitivity Analysis Sensitivity Reference 2#:>1:128 符合/Pass

Reference Material: 2# ≥1:128 Material

3#最低检出量(稀释度)应不小于1:256

Analysis Sensitivity Reference 3#:>1:256

Material: 3# ≥1:256

变异系数CV应≤ 10%

The coefficient of variation is ≤10% N:2%

重复性 Repeatability

符合/Pass

变异系数CV应≤ 10%

The coefficient of variation is $\leq 10\%$ P:1%

阳性参考品符合率 15份阳性参考品符合率 (+/+)≥ 14/15

Positive Reference Material 15/15 Positive 符合/Pass

reference rate Coincidence Rate: $\geqslant 14/15$

不得出现假阳性,15份阴性参考品符合

阴性参考品符合率 率 (-/-) 为15/15 Negative 15/15符合/Pass

Negative Reference Material reference rate

Coincidence Rate: 15/15

结论 合格/PASS Summary

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD. 地址: 深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞大厦 邮编: 518057 电话: 0755-8188 8998 传真: 0755-26582680 Adress: Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park, Nanshan, Shenzhen, 518057, P.R. China Tel: +86 755 8188 8998 Fax: +86 755 26582680 Website: www.mindray.com





备注 Remarks

检验: **Analysis**

袁丽娜Yuan Lina ものでは、 Yuanlina 批准(检验工程师): Approved by(Quality Engineer) 林朋Lin Peng

林朋 lingeng

日期: Date

2024-12-04

日期: Date

2024-12-04

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

