

检验报告
Certificate of Analysis

No. COA20250220048

产品名称 Product Name	血细胞分析用溶血剂 M-6LH LYSE	REF	N/A
批号 Lot No.	2025021951	型号 Model of the Reagent	M-6LH
物料编码 Material Code	105-012292-00	包装规格 Package Size	1 L×4
生产日期 Manufacture Date	2025-02-19	有效期 Expiry date	2027-02-18
标准依据 Standard basis	产品检验规范 Specification for Product Inspection		

检测项目 Subjects	接受标准 Accept criteria	检测结果 Results	结果判定 Conclusion
1、外观性状 Appearance			
外观 Appearance	应为澄清液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物； Clear liquid, with no sediment, no particle, and no floccule	符合标准/Qualified	符合/Pass
2、装量 Volume			
装量(净含量) Volume (Net content)	≥1L	1 L	符合/Pass
3、性能 Performance			
pH值 pH Value	7.50±0.20 (25℃±1℃)	7.52 (24.9℃)	符合/Pass
	BC-6800	BC-6800	
准确性 Accuracy	HGB相对偏差在±2%范围内 Relative Deviation in ±2% range	HGB:0.00%	符合/Pass
吸收峰波长 Wavelength of the peak in a spectrum	吸收峰波长在534±10nm范围内； Wavelength of the peak in a spectrum: 534±10nm	535 nm	符合/Pass

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.
地址：深圳市南山区高新技术产业园科技南十二路迈瑞大厦 邮编：518057 电话：0755-8188 8998 传真：0755-26582680
Address: Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park, Nanshan, Shenzhen, 518057, P.R. China
Tel: +86 755 8188 8998 Fax: +86 755 26582680 Website: www.mindray.com



渗透压浓度(渗透压)	30±10mOsm/kg	39 mOsm/kg	符合/Pass
Osmotic pressure			
	BC-6800	BC-6800	
空白计数(空白值)	HGB≤1g/L	HGB:0 g/L	符合/Pass
Background (Blank value)			

结论
Summary合格/PASS

备注
Remarks

检验 : Analysis	洪坤Hong Kun	洪坤 Hong Kun	批准 (检验工程师) : Approved by(Quality Engineer)	韦晓露Wei Xiaolu	韦晓露 Wei Xiaolu
日期 : Date	2025-02-20		日期 : Date	2025-02-20	

