
当前最终方案：绝对误差随真实浓度的变化（62 点）
H2 · 绝对误差
低浓度 3σ=911 ppm
高浓度 3σ=2556 ppm
绝对误差 / ppm
真实浓度（H2）
NH3 · 绝对误差
低浓度 3σ=0.90 ppm
高浓度 3σ=1.11 ppm
绝对误差 / ppm
真实浓度（NH3）
NO2 · 绝对误差
低浓度 3σ=0.39 ppm
高浓度 3σ=0.40 ppm
绝对误差 / ppm
真实浓度（NO2）
低浓度
高浓度