
初值相关性诊断：表面很强，但主要来自实验顺序/批次漂移
(a) 表面强相关：r = 0.966
NH3 浓度标签
t=0 时 NH3 通道响应
文件编号（采集顺序代理）
(b) 初值随实验顺序漂移：r = 0.990
文件编号（采集顺序代理）
t=0 时 NH3 通道响应
(c) 控制顺序后：r = -0.026
去掉文件编号后的 NH3 标签残差
去掉文件编号后的初值残差