



Update über SD Karte

Bitte führen Sie das Update mit der Micro SD Karte wie folgt durch:

- 1) Die SD Karte darf nur max. 4 GB haben und muss formatiert werden
(Dateisystem: FAT, Größe der Zuordnungseinheiten: Standardgröße)
Hat die SD Karte mehr als 4 GB, muss sie partitioniert werden.
 - 2) Öffnen Sie die beiliegende Zip Datei und speichern Sie die 3 Dateien auf die SD Karte.
 - 3) Stecken Sie die SD Karte in den SD Karten Slot des Korrostop 4.0 (Pins schauen nach rechts)
(Während des Updates per SD Karte darf das Korrostop 4.0 Messgerät nicht per USB mit anderen
Geräten verbunden sein.)
 - 4) Bildschirm Konfiguration: Login - Bitte loggen Sie sich ein. Entweder mit User: "korro" und
Password: "stop" oder Ihren eigenen Zugangsdaten
Infos zum Login unter: <https://github.com/easymetal/Korrostop4.0-DE/wiki/Handbuch-Konfiguration-Login>
 - 5) Bildschirm Konfiguration: Update - Klicken Sie auf "Search Update". Bei SD Karte muss
"SYS412005" angezeigt werden. Klicken Sie auf "Install Update". Ihr Korrostop 4.0 wird nun
upgedatet und neu gestartet.
Infos dazu unter Update: <https://github.com/easymetal/Korrostop4.0-DE/wiki/Handbuch-Konfiguration-Update>
 - 6) Bitte blättern Sie zum About Bildschirm und kontrollieren Sie die angezeigte Programm Version. Es
sollte SYS412005 angezeigt werden.
Infos zum About Bildschirm: <https://github.com/easymetal/Korrostop4.0-DE/wiki/Handbuch-About>
- Fertig.

Informationen und das Manual zum Korrostop 4.0 finden Sie auf github.com/easymetal

Korrostop 4.0 Manual: <https://github.com/easymetal/Korrostop4.0-DE/wiki>

Informationen und Update Dateien: <https://github.com/easymetal/Korrostop4.0-DE>