# MapCHECK QA Analysis Report - Dose Rate

Device Serial Number: 276477001

Reference Measurement Date: 06/04/25 21:51:33


Dose Rate Dependence
Measured
Fit: y=0.004x+91.81
Central Value
93.75
93.50
93.25
93.00
92.75
92.50
92.25
200
300
400
500
600
Dose Rate (MU/min)